MADE IN THE USA

Bicon, Llc
501 Arborway
Boston, MA 02130
USA
tel: 617.524.4443
fax: 617.524.0096
support@bicon.com

Bicon Europe, Ltd.
Unit 4 Ballycummin Village
Ballycummin, Limerick
Ireland
tel: +353 6130 3494
fax: +353 6122-7606
ireland@bicon.com

Subsidiaries*

Bicon Europe
Limerick, Ireland
ireland@bicon.com

Bicon Italia
Cisterna, Italia
italy@bicon.com

Bicon Japan
Tokyo, Japan
japan@bicon.com

Bicon Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
vietnam@bicon.com.vn

Australian Sponsor

Emergo Australia
201 Sussex Street • Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia

*For complete address information of Bicon subsidiaries and other regional distributors, please visit www.bicon.com

CE 2797

2021-04-05 260-403-857r13 R0421

EN ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

General Information

Description
The Bicon dental implant is made from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V). This material has been shown to be biocompatible by many researchers. The surface configuration has been carefully designed and should not be modified. The implants are supplied grit blasted (Integra-Ti™) and hydroxylapatite coated (Integra-CP™).

Actions
Bicon implants can be used in the mandible or the maxilla. Various sizes are available to fit into created sockets in healed bone or into fresh extraction sites. For surgical procedure information, consult the procedure manual or view a Bicon technique video.

Indications
The Bicon implant is designed for use in edentulous sites in the mandible or maxilla for support of a complete denture prosthesis, a final or intermediate abutment for fixed bridgework or for partial dentures, or as a single tooth replacement.

Contraindications
Bicon implants should not be used in patients with contraindicated diseases such as blood dyscrasias, uncontrolled diabetes, hypertension, bruxism, oral infections or malignancies. Bone should be sufficient to implant the used in patients with contraindicated conditions such as myocardial infarction within the past year or insufficient surrounding bone to permit the use of an appropriately sized implant. The 3.0 x 6.0mm, 3.0 x 8.0mm, and 3.5 x 8.0mm implants are not indicated for use as a single tooth replacement as they are splinted or unsplinted in the mandibular region. Implants should not be placed if there is insufficient alveolar bone width and height to surround the implants.

Precautions
Panoramic radiographs should be used to determine if adequate bone is present at the proposed implant site as well as to locate established critical anatomical features such as the mandibular canals, mental foramina, maxillary sinuses and adjacent teeth. Palpation and direct visual inspection of the edentulous ridge are also necessary to determine the anatomy of available bone. A thorough clinical evaluation is imperative. Proper patient motivation is essential, and if the procedure is to be successful.

Adverse Reactions
The following surgical procedure related complications may occur but have not been shown to be caused by the implant itself: dehiscence, delayed healing, paresthesia, edema, hematoma, infection, inflammation, and generalized allergenic reaction. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established, if applicable. A summary of safety and clinical performance, when available, be found on Eudamed through the European website (https://ec.europa.eu/) or at https://www.bicon.com/safety.

Warning
Implant surgery is a highly specialized and complex procedure. Special training is required in established techniques of oral implantology. Implant courses and seminars are strongly recommended before surgery is attempted. Improper technique can result in implant failure and/or damage to adjacent structures. Surrounding bone structures should not be used in sites or situations other than those specifically indicated. To do so may result in failure of the implant with the concomitant destruction of supportive bone. Bicon implants are intended to be used only with the specially designed bone drills supplied by Bicon or according to Bicon's surgical instructions. Bicon implants are to be used only in patients for any of the following conditions: peri-implant bone loss, changes to the implant's response to percussion, or radiographic changes in bone to implant contact. Bicon utilizer and triggers a cessation device specifically indicated. In case of bone loss, the implant should be evaluated for possible removal. The 3.0mm diameter implant is designed to be used with straight abutments only.

Healing Plug Inserters
The Bicon healing plug inserters are made from high density polyethylene (HDPE).

Temporary Abutments
Bicon temporary abutments are made from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V) and is used as a transucosal cap. The temporary abutment may be modified to develop a gingival sulcus of a desired shape.

How Supplied
Bicon dental implants and abutments are supplied in a sterile package. If the package is damaged and an implant becomes contaminated, it should be discarded. The material is non-hazardous and can be disposed of in accordance with regional and authority requirements. Bicon implants are single use devices and should be inserted immediately after their sterile package has been opened. **Implants and abutments are provided sterile via gamma radiation and must not be used in different patients to prevent rejection, infection or disease transmission.**

Sterile Handling Procedures
1. The assistant removes the sterile tyvek blister pack from the cardboard holder and carefully opens the tyvek blister pack and allows the sterile package on to a sterile field for the surgeon's use.
2. The dentist grasps the implant component through the envelope, cuts one end of the inner pack with a pair of scissors, and removes the component from the envelope in the following manner:
   Implant: Grasp the healing plug inserter with gloved fingers or forceps and insert the implant into the prepared osteotomy according to Bicon's surgical instructions.
   Abutment: Remove the abutment from the inner pack by grasping the head portion of the abutment with a pair of forceps and insert the abutment into the fully healed well flushed implant.
3. Done properly, no one need touch sterile components directly.

℞ CAUTION: USA Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

The Bicon Dental Implant System

Warranty and Limitations

The success of all dental implants is highly susceptible to surgical technique which must be meticulously performed. Careful patient selection and final restorative prostheses appropriate to individual patient needs and remaining anatomy are essential. Selection of individual or multiple implants of appropriate size and configuration for the existing anatomy is also crucial if success is to be achieved.

For the above reasons, Bicon strongly recommends that all dentists attend one or more endosseous dental implant courses or symposia covering the use of the Bicon dental implant system before attempting to incorporate implants into their dental practices. **Bicon implants are manufactured from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V) are supplied grit blasted (Integra-Ti™) and hydroxylapatite coated (Integra-CP™) are considered by biomaterial researchers to be highly biocompatible in numerous animal and human studies which have been conducted over a period of many years. However, as with all implants, Bicon cannot guarantee implant success. Success depends on many factors over which the bone is always a possibility. Some implants may have some minor chips present in the HA when received. These surface imperfections are not thought to affect the overall success of the HA implant. Furthermore, while many authorities claim that HA is non-resorbable, the material has not been used for a long enough period of time to establish the validity of this claim. Bicon implants and titanium abutments are exceptionally resistant to bending and fracture. It is not possible, however, to guarantee against excessive bending of implants or abutment cases or the occurrence of an uncontrollable traumatic injury or excessive occlusal loads.**

For the foregoing reasons, except as specifically stated herein, Bicon makes no warranties extending beyond the representations of this sentence and the following sentence. Bicon makes the description contained in this sentence. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, expressed or implied including merchantability and fitness for a particular purpose. Bicon sells and warrants its devices only to licensed dental practitioners and who purchase implants and abutments for purposes of their use and resale as part of their services which they perform for patients. **Bicon makes no written warranty to any consumer, patient or end user and authorizes no person to make any such written warranty on its behalf.**

The remedies of any buyer from Bicon (and its liabilities) are limited solely and exclusively to replacement or repair of a defective Bicon implant or abutment when that product has been demonstrated to Bicon authorities within six (6) months of delivery to the buyer to have been defective at the time of shipment and is returned to Bicon for inspection, replacement, or repair. Bicon is not liable to any person for any incidental, consequential or other damages of any kind whatsoever, whether or whether potential claim is based upon Bicon's negligence. **Bicon's liability does not** limited to the purchase price paid by the dentist for the implant or abutment. Bicon will not be responsible for any sum in excess of such purchase price. **Bicon does not authorize any person to create for it any other obligation or liability in connection with Bicon implants or abutments.**

Bicon europe, ltd. authorizes no distributor, dealer or representative to make any modification of this warranty or additional warranties binding on Bicon. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Bicon does not authorize any person to create for it any other obligation or liability in connection with Bicon implants or abutments.

Bicon europe, ltd. authorizes no distributor, dealer or representative to make any modification of this warranty or additional warranties binding on Bicon. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Bicon does not authorize any person to create for it any other obligation or liability in connection with Bicon implants or abutments.

El Sistema de Implante Dental Bicon

Garantía y Limitaciones

El éxito de todos los implantes dentales depende en gran medida de la técnica quirúrgica, la cual debe realizarse con suma precisión. Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y de las prótesis de restauración finales, las cuales deben ser adecuadas a las necesidades de cada paciente y del resto de la anatomía. La selección de un implante o de implantes de tamaño y configuración adecuados para la anatomía existente también es fundamental para el éxito del procedimiento.

Por las razones anteriores, Bicon recomienda enfáticamente a todos los odontólogos asistir a uno o más cursos o simposios sobre la implantación dental endoósea y el uso del sistema de implantación dental Bicon antes de realizar su primera implantación. **Debido a que Bicon no debería y no puede controlar factores relacionados con los servicios quirúrgicos y la técnica quirúrgica del paciente, así como la técnica quirúrgica y las técnicas de restauración, su responsabilidad se limita a la sustitución del producto por fallos o otras reacciones adversas que puedan surgir del uso de un implante Bicon.** Los implantes Bicon están fabricados en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V), recubiertos por arenado (Integra-Ti™) y con recubrimiento de hidroxiapatita (Integra-CP™). Son considerados altamente biocompatibles por los investigadores, según numerosos estudios en animales y humanos que se han llevado a cabo durante muchos años. No obstante, al igual que con todos los implantes, los recubrimientos de este tipo, siempre existe la posibilidad de que salte una pequeña porción de la superficie al insertar el implante en el hueso. Algunos implantes pueden tener muescas pequeñas en el recubrimiento de HA al recibirlos. Se considera que estas imperfecciones superficiales no inciden en el funcionamiento general del implante. Asimismo, si bien muchas autoridades sostienen que los recubrimientos de HA no son reabsorbibles, el material no se ha utilizado durante un período de tiempo suficiente como para establecer la validez de esta afirmación. **Los implantes y pilares de titanio Bicon son excepcionalmente resistentes al doblado y a la fractura. No obstante, no es posible garantizar que no se doblarán o fracturarán en el caso de lesiones traumáticas o cargas oclusivas excesivas.**

Por las razones anteriores, salvo lo expuesto aquí específicamente, Bicon no ofrece ninguna garantía más allá del contenido de la presente oración y de la oración siguiente de la presente factura. Esta garantía reemplaza y excluye toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud para un propósito específico. Bicon vende sus productos y los garantiza a los compradores que sean odontólogos autorizados y que compren implantes y pilares para su uso y reventa como parte de los servicios que ofrecen a sus pacientes. **Bicon no otorga ninguna garantía por escrito a ningún consumidor, paciente ni usuario final y no autoriza a ninguna persona a otorgarla en su nombre.**

Los recursos con los que cuenta cualquier comprador de un implante o pilar Bicon y sus obligaciones) se limitan a única y exclusivamente la reposición o reparación de un producto de Bicon defectuoso que haya sido devuelto a demuestre a las autoridades de Bicon dentro de los seis (6) meses de entregado que se encontraba defectuoso en el momento de su envío y siempre y cuando se devuelva a Bicon para su inspección, sustitución o reparación. Bicon no es responsable ante ninguna persona por ningún daño incidental, consecuente o de otro tipo, ya sea por la reclamación sea de índole contractual, extracontractual o por negligencia.

ES ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO

Información General

Descripción
El implante dental Bicon está fabricado en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V). Muchos investigadores han comprobado que este material es biocompatible. La configuración de la superficie ha sido proyectada a un cuidadoso diseño y no debe ser modificada. Los implantes se suministran arenados (Integra-Ti™) y con recubrimiento de hidroxilapatita (Integra-CP™).

Acciones
Los implantes Bicon pueden utilizarse en la mandíbula o en el maxilar. Se ofrecen en diferentes tamaños para colocar en las cavidades creadas en el hueso cicatrizado o en los lugares donde se ha realizado una extracción. Para obtener información sobre el procedimiento quirúrgico, consulte el manual de procedimiento o vea un video sobre la técnica Bicon.

Indicaciones
El implante Bicon está diseñado para ser utilizado en sitios edéntulos en la mandíbula o maxilar como apoyo para prótesis dentales completas, pilares permanentes o intermedios para puentes fijos o dentaduras parciales o para la sustitución de un solo diente.

Contraindicaciones
Los implantes Bicon no deben utilizarse en pacientes con enfermedades contraindicadas como discrasias sanguíneas, diabetes no controladas, hipertensión, bruxismo, infecciones orales o malignidades. Los implantes Bicon no deben utilizarse en pacientes con contraindicaciones como infarto de miocardio dentro del último año o insuficiente hueso circundante para permitir el uso de un implante del tamaño adecuado. Los implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm y de 3,5 x 8,0mm no son indicados para reposición de dientes unitarios unidos o no en la región de molares. Los implantes no deben colocarse si la anchura y altura del hueso alveolar no es suficiente para cubrirlos a su alrededor.

Precauciones
Deben utilizarse radiografías panorámicas para determinar si hay suficiente hueso presente en el lugar propuesto para el implante y para localizar características anatómicas críticas establecidas, como conductos mandibulares, agujeros fórámenes mentales, seno maxilar y dientes adyacentes. También son necesarios la palpación e inspección visual directa del lugar elegido para el implante para determinar la anatomía del hueso disponible. Es fundamental una evaluación clínica completa y la motivación adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Reacciones Adversas
Pueden tener lugar las siguientes complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico aunque no se ha comprobado que sean causadas por el implante: dehiscencia, retardo en la cicatrización, parestesia, edema, hematoma, infección, inflamación y reacción alergénica generalizada. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente, si procede. Puede encontrar un resumen de la seguridad y el rendimiento clínico en Eudamed a través del sitio web europeo (https://ec.europa.eu/) o en https://www.bicon.com/safety.

Advertencia
La cirugía de implantación es un procedimiento complejo y altamente especializado y requiere formación especial en las técnicas de implantología oral establecidas. Se recomienda enfáticamente a los odontólogos realizar cursos y seminarios sobre implantología oral antes de llevar a cabo un procedimiento de este tipo. Una técnica inadecuada puede producir la pérdida del implante y una pérdida sustancial de hueso adyacente. Los implantes Bicon no deben utilizarse en lugares o casos no específicamente indicados. En caso de fracaso, podría producirse la pérdida del implante y la consecuente destrucción del soporte óseo. Los implantes Bicon están diseñados para utilizarse únicamente con las fresas quirúrgicas óseas especialmente diseñadas suministradas por Bicon, Cuando se utilicen los implantes Bicon, se recomienda a los odontólogos realizar un estricto seguimiento a los pacientes para identificar cualquiera de las siguientes condiciones: pérdida ósea alrededor del implante, cambios en la respuesta del implante a la percusión o cambios radiográficos en el contacto entre el hueso y el implante a lo largo de este último. Si los implantes muestran movilidad o una pérdida ósea mayor al 50%, deben evaluarse para determinar si es necesaria su extracción. Los implantes de 3,0mm de diámetro están diseñados para ser utilizados con pilares rectos solamente.

Tapones de Inserción y Cicatrización
Los tapones de inserción y cicatrización Bicon están fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).

Pilares Temporales
Los pilares temporales Bicon están fabricados en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V) y se utilizan como tapas transmucosas. El pilar temporal puede modificarse para desarrollar un surco gingival de la forma deseada.

Presentación
Los implantes y pilares dentales Bicon son suministrados en un paquete estéril. Si el paquete está dañado y un implante llega a contaminarse, debe desecharse. El material no es peligroso y puede eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades regionales y locales. Los implantes Bicon son dispositivos de uso único y deben ser insertados inmediatamente después de abrir su paquete estéril. Los implantes y pilares son proporcionados estériles a través de radiación gamma y no deben ser utilizados en diferentes pacientes para prevenir rechazo, infección o transmisión de enfermedad.

Procedimientos de Manipulación Estéril
1. El auxiliar retira el envase de tyvek estéril de la lámina de cartón y lo abre con cuidado, dejando que el envase individual caiga libremente sobre un campo estéril para el uso del cirujano.
2. El dentista toma el componente del implante a través del sobre, recorta un extremo del envase individual con un par de tijeras y retira el componente del sobre de la siguiente manera:
   Implante: Sujete el tapón de inserción y cicatrización usando un par de guantes o un par de pinzas e introduzca el implante en la osteotomía preparada según las instrucciones quirúrgicas de Bicon.
   Pilar: Retire el pilar del envase individual sujetando la parte de la cabeza con un par de pinzas e introduzca el pilar en el implante bien preparado y totalmente irrigado.
3. Si se procede de forma adecuada, no es necesario que nadie toque los componentes estériles directamente.

℞ PRECAUCIÓN: La ley federal de EE.UU. restringe la venta de este dispositivo a un dentista autorizado o por prescripción facultativa.

El Sistema de Implante Dental Bicon

Garantía y Limitaciones

El éxito de todos los implantes dentales depende en gran medida de la técnica quirúrgica, la cual debe realizarse con suma precisión. Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y de las prótesis de restauración finales, las cuales deben ser adecuadas a las necesidades de cada paciente y del resto de la anatomía. La selección de un implante o de implantes de tamaño y configuración adecuados para la anatomía existente también es fundamental para el éxito del procedimiento.

Por las razones anteriores, Bicon recomienda enfáticamente a todos los odontólogos asistir a uno o más cursos o simposios sobre la implantación dental endoósea y el uso del sistema de implantación dental Bicon antes de realizar su primera implantación. **Debido a que Bicon no debería y no puede controlar factores relacionados con los servicios quirúrgicos y la técnica quirúrgica del paciente, así como la técnica quirúrgica y las técnicas de restauración, su responsabilidad se limita a la sustitución del producto por fallos o otras reacciones adversas que puedan surgir del uso de un implante Bicon.** Los implantes Bicon están fabricados en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V), recubiertos por arenado (Integra-Ti™) y con recubrimiento de hidroxilapatita (Integra-CP™). Son considerados altamente biocompatibles por los investigadores, según numerosos estudios en animales y humanos que se han llevado a cabo durante muchos años. No obstante, al igual que con todos los implantes, los recubrimientos de este tipo, siempre existe la posibilidad de que salte una pequeña porción de la superficie al insertar el implante en el hueso. Algunos implantes pueden tener muescas pequeñas en el recubrimiento de HA al recibirlos. Se considera que estas imperfecciones superficiales no inciden en el funcionamiento general del implante. Asimismo, si bien muchas autoridades sostienen que los recubrimientos de HA no son reabsorbibles, el material no se ha utilizado durante un período de tiempo suficiente como para establecer la validez de esta afirmación. **Los implantes y pilares de titanio Bicon son excepcionalmente resistentes al doblado y a la fractura. No obstante, no es posible garantizar que no se doblarán o fracturarán en el caso de lesiones traumáticas o cargas oclusivas excesivas.**

Por las razones anteriores, salvo lo expuesto aquí específicamente, Bicon no ofrece ninguna garantía más allá del contenido de la presente oración y de la oración siguiente de la presente factura. Esta garantía reemplaza y excluye toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud para un propósito específico. Bicon vende sus productos y los garantiza a los compradores que sean odontólogos autorizados y que compren implantes y pilares para su uso y reventa como parte de los servicios que ofrecen a sus pacientes. **Bicon no otorga ninguna garantía por escrito a ningún consumidor, paciente ni usuario final y no autoriza a ninguna persona a otorgarla en su nombre.**

Los recursos con los que cuenta cualquier comprador de un implante o pilar Bicon y sus obligaciones) se limitan a única y exclusivamente la reposición o reparación de un producto de Bicon defectuoso que haya sido devuelto a demuestre a las autoridades de Bicon dentro de los seis (6) meses de entregado que se encontraba defectuoso en el momento de su envío y siempre y cuando se devuelva a Bicon para su inspección, sustitución o reparación. Bicon no es responsable ante ninguna persona por ningún daño incidental, consecuente o de otro tipo, ya sea por la reclamación sea de índole contractual, extracontractual o por negligencia.

IT ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

Informazione Generale

Descrizione
L'impianto dentale Bicon è costituito da una lega di titanio (Ti6Al4V). La ricerca più avanzata ha dimostrato per este material biocompatibile. La configurazione della superficie è progettata attentamente e non deve essere modificata. Os implantes são fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™).

Azioni
È possibile utilizzare gli impianti Bicon nel mandibolare e nel mascellare. Sono disponibili, in varie misure, ed in grado di essere utilizzati negli alveoli o in estrazioni recenti. Per informazioni sull'intervento chirurgico, consultare il manuale operativo o il video sulle tecniche Bicon.

Indicazioni
L'impianto Bicon è progettato per edentula nel mandibolare, come supporto per protesi dentale completa nel mascellare, come sostegno terminale o intermedio per ponti fissi, per protesi parziali ed in sostituzione di un dente naturale.

Controindicazioni
Os implantes Bicon não devem ser usados em pacientes com doenças que os contra-indiquem tais como discrasias sanguíneas, diabetes não controlada, hipertensão, bruxismo, infecções orais ou malignidades. Os implantes Bicon não devem ser usados em pacientes com quadros de contra-indicação como infarto do miocárdio há menos de um ano ou osso adjacente insuficiente para permitir o uso de um implante de tamanho adequado. Os implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm e 3,5 x 8,0mm não são indicados para reposição de um dente unitário unido ou não na região de molares. Os implantes não devem ser colocados se a altura ou a largura do osso alveolar não for suficiente para cubri-los a sua alrededor.

Precauções
É necessário realizar previamente radiografias panorâmicas para determinar a presença de osso adequado no local indicado para o implante assim como para se localizar aspectos anatômicos críticos tais como canais mandibulares, foramens mentonianos, seios maxilares e dentes adjacentes. Também são necessários a palpação e inspeção visual direta do local sugerido para o implante para determinar a anatomia del hueso disponible. É fundamental uma avaliação clínica completa y la motivación adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Reacciones Adversas
Las siguientes complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico aunque no se ha comprobado que sean causadas por el implante: dehiscencia, retardo en la cicatrización, parestesia, edema, hematoma, infección, inflamación y reacción alergénica generalizada. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente, si procede. Puede encontrar un resumen de la seguridad y el rendimiento clínico en Eudamed a través del sitio web europeo (https://ec.europa.eu/) o en https://www.bicon.com/safety.

Avvertenza
La chirurgia implantare, consiste in un intervento altamente specializzato e complesso. È necessario un addestramento particolare nelle tecniche consolidate di implantologia orale. Si consigliano caldamente corsi e seminari relativi all'impianto prima di iniziare qualsiasi intervento. Una tecnica inadeguata può provocare il danneggiamento dell'impianto e la perdita sostanziale dell'osso circostante. Non usare gli impianti Bicon in punti o situazioni diverse da quelle specificamente indicate. In caso di insuccesso, potrebbe verificarsi la perdita dell'impianto con conseguente distruzione concomitante dell'osso di sostegno. È particolarmente importante utilizzare micromotori speciali di qualità per l'inserzione degli impianti. Quando si utilizza l'impianto Bicon, è necessario monitorare periodicamente i pazienti per stabilire eventuali condizioni quali perdita ossea alrededor del impianto, modifiche nella risposta dell'impianto alla percussione, oppure modifiche radiografiche nel contatto fra l'osso e l'impianto lungo la lunghezza dello stesso. Quando la perdita ossea modulo è pari o superiore al 50 %, è necessario valutare la possibile rimozione dell'impianto. Gli impianti di diametro 3,0mm sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente con i monconi diritti.

Tappi di Guarigione
I tappi di guarigione Bicon sono costituiti da polietilene ad elevata densità.

Testine di Transizione
Le testine di transizione Bicon sono costituite da una lega in titanio di grado chirurgico (Ti6Al4V) e vengono usati come tappi transmucosi. È possibile modificare le testine al fine di sviluppare un solco gengivale della forma desiderata.

Confezionamento
Gli impianti dentali ed i monconi Bicon sono confezionati sterili. Se la confezione risulta rovinata e l'impianto viene contaminato, deve essere scartato. Il materiale non e' pericoloso e puo' essere smaltito in accordo con le disposizioni delle autorita' locali. Gli impianti Bicon sono dispositivi monouso e devono inserirsi immediatamente dopo aver aperto la confezione sterile degli impianti. I monconi sono forniti sterili attraverso radiazioni gamma e non devono essere utilizzati in pazienti diversi per prevenire rigetti, infezioni o trasmissioni di malattie.

Procedure Sterili di Manipolazione
1. L'assistente rimuove dal cartoncino esterno il blister di confezionamento dell'impianto; dopo aver rimosso il fondo in Tyvek, lascia cadere senza contaminarla la bustina di plastica contenente l'impianto ed il tappo di guarigione su un campo sterile.
2. Il chirurgo afferra l'impianto tramite il tappo di guarigione estraendolo dalla confezione precedentemente tagliata.
3. Il chirurgo, senza toccare l'impianto, lo inserisce nell'alveolo afferrandolo per il tappo di guarigione (tutti gli impianti sono forniti con il tappo di guarigione inserito).
4. Se la procedura è stata eseguita correttamente, la stabilità sarà garantita.

℞ ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a un dentista autorizzato o dietro prescrizione di un dentista autorizzato.

Sistema Impianto di Bicon

Garanzia e Limitazioni

Il successo di tutti gli impianti dentali è strettamente legato alle tecniche chirurgiche impiegate, che devono essere eseguite meticolosamente. La selezione attenta dei pazienti, le protesi di ricostruzione finale adeguate alle necessità individuali dei pazienti e l'anatomia restante sono essenziali. La selezione di uno o più impianti della dimensione e della configurazione adeguate per l'anatomia esistente è importante per ottenere il successo.

Per questi motivi, Bicon consiglia caldamente a tutti i dentisti di frequentare uno o più corsi sugli impianti dentali, o simposi che trattino l'utilizzo della sistematica impiantare di Bicon prima di iniziare a fare uso degli impianti nelle loro attività. **Poiché Bicon non deve e non può controllare i fattori che ricadono nell'ambito dei servizi forniti dal dentista, compresi la selezione del paziente, la tecnica chirurgica e le tecniche di ricostruzione, Bicon non se assume alcuna responsabilità, salvo la sostituzione del prodotto, in presenza di difetti o di altre reazioni o conseguenze sfavorevoli da o verso qualunque acquirente, dentista o paziente, causati dall'uso di un impianto Bicon.** Gli impianti Bicon vengono prodotti in lega di titanio di qualità chirurgica (Ti6Al4V) e forniti microsabbiati (Integra-Ti™) e rivestiti di idrossilapatite (Integra-CP™) e sono considerati altamente biocompatibili da ricercatori in numerosi studi su animali ed esseri umani condotti per molti anni. Tuttavia, come con tutti i rivestimenti, è sempre presente la possibilità che le superfici si danneggino in conseguenza dell'inserimento dell'impianto nell'osso. È da imperfezioni superficiali. Inoltre, l'affermazione di molte autorità che i rivestimenti in idrossilapatite non siano riassorbibili è discutibile, in quanto il materiale non è stato usato per un periodo di tempo sufficientemente lungo da confermare tale affermazione. **Gli impianti e i monconi in titanio Bicon sono estremamente resistenti alle torsioni e alle fratture. Non è possibile, tuttavia, garantire la resistenza alle torsioni di tutti i casi o in tutte le circostanze, né il caso di una traumatica o eccesso de aplicação de cargas oclusais.**

Per i motivi di cui sopra, eccetto quanto specificatamente affermato in precedenza, Bicon non concede garanzie che vadano oltre a quanto indicato nella presente garanzia e oltre la descrizione menzionata in ogni confezione. La presente garanzia sostituisce ed esclude tutte le altre garanzie, esplicite o implicite incluse la commerciabilità e l'adattabilità a un fine particolare. Bicon vende e fornisce la garanzia agli acquirenti, vale a dire ai dentisti autorizzati che acquistano impianti e componenti al fine di utilizzarli e rivenderli come parte dei servizi che eseguono per i loro pazienti. **Bicon non rilascia alcuna garanzia scritta a qualunque consumatore, paziente o utente finale, né autorizza alcuno a rilasciare una tale garanzia scritta a suo nome.**

Bicon limita la propria responsabilità nei confronti dell'acquirente, unicamente ed esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione di impianti o componenti difettosi Bicon che siano stati restituiti a Bicon per ispezione, sostituzione o riparazione entro sei mesi dalla consegna all'acquirente, che il prodotto è risultato difettoso fin dal momento della spedizione e quindi viene restituito a Bicon per tale motivo. Bicon declina ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi persona per danni incidentali, consequenziali o di qualunque altro tipo, rivendichi qualsiasi genere di risarcimento.

PT PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Informação Geral

Descrição
O implante dental Bicon é produzido com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V). Vários pesquisadores demonstraram ser este material biocompatível. A configuração da superfície foi cuidadosamente projetada e não deve ser modificada. Os implantes são fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™).

Ações
Os implantes Bicon podem ser usados na mandíbula ou na maxila. Há vários tamanhos disponíveis para se ajustarem em alvéolos criados em osso que sofreu cicatrização ou em locais de extração recentes. Para maiores informações sobre o procedimento cirúrgico, consulte o manual de procedimentos ou assista a um vídeo sobre a técnica Bicon.

Indicações
O implante Bicon é concebido para o uso em locais edentados na mandíbula ou maxila para o suporte de uma prótese dentária completa, de um pilar intermediário ou permanente para uma prótese fixa ou para próteses dentárias parciais, ou como substituição de um dente unitário.

Contra-indicações
Os implantes Bicon não devem ser usados em pacientes com doenças que os contra-indiquem tais como discrasias sanguíneas, diabetes não controlada, hipertensão, bruxismo, infecções orais ou malignidades. Os implantes Bicon também não devem ser usados em pacientes com quadros de contra-indicação como infarto do miocárdio há menos de um ano ou osso adjacente insuficiente para permitir o uso de um implante de tamanho adequado. Os implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm e 3,5 x 8,0mm não são indicados para reposição de um dente unitário unido splintado ou não na região de molares. Os implantes não devem ser inseridos caso a altura ou a largura do osso alveolar não forem suficientes para cobri-los ao seu redor.

Precauções
Deve-se realizar radiografias panorâmicas para determinar a presença de osso adequado no local indicado para o implante assim como para se localizar aspectos anatômicos críticos tais como canais mandibulares, forames mentonianos, seios maxilares e dentes adjacentes. Também são necessários a palpação e inspeção visual direta do local sugerido para o implante para determinar a anatomia do osso disponível. É fundamental uma avaliação clínica completa e a motivação adequada do paciente para que o procedimento tenha êxito.

Reações Adversas
As seguintes complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico podem ocorrer mas não se demonstraram serem decorrentes do implante em si: deiscência, retardo de cicatrização, parestesia, edema, hematoma, infecção, inflamação e reação alergênica generalizada. Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser informado ao fabricante e a autoridade competente do Estado Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido, se for o caso. Um resumo de segurança e desempenho clínico pode ser encontrado no Eudamed através do site Europeu (https://ec.europa.eu/) ou no https://www.bicon.com/safety.

Advertência
A cirurgia de implante é um procedimento altamente especializado e complexo. É necessário treinamento especial em técnicas estabelecidas de implantologia oral. Recomenda-se vivamente cursos e seminários relativos à implantação prima de iniciar qualquer procedimento. Uma técnica inadequada pode provocar a falência do implante e danos aos ossos próximos. Os implantes Bicon não devem ser usados em locais ou situações que não sejam aqueles especificamente indicados. A prática incorreta de utilização pode resultar no insucesso do implante com a consequente destruição do osso de suporte. Os implantes Bicon destinam-se a ser usados com brocas ósseas especiais projetadas e fornecidas pela Bicon. Ao usar implantes Bicon, os pacientes devem ser acompanhados de perto pelos dentistas para identificar quaisquer alterações do implante como a perda óssea superior a 50 %, o implante deve ser avaliado para uma possível remoção. Os implantes com diâmetro de 3,0mm são projetados para serem utilizados somente com abutments retos.

Plug de Inserção e Cicatrização
Os plugs de inserção e cicatrização Bicon são produzidos com polietileno de alta densidade (PEAD).

Abutments Temporários
Os abutments temporários Bicon são produzidos com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V) e usados como uma ampola transmucoso. O abutment temporário pode ser modificado para produzir um sulco gengival da forma desejada.

Apresentação
Os implantes e abutments Bicon são providos em embalagem estéril. Se a embalagem estiver violada e um implante for contaminado, ele deve ser descartado. O material não é perigoso e pode ser descartado de acordo com os requisitos regionais e das autoridades locais. Os implantes Bicon são dispositivos de uso único e devem ser inseridos imediatamente após a abertura de seu pacote estéril. Implantes e abutments são providos estéreis através de radiação gama e não devem ser utilizados em pacientes diferentes, prevenindo assim rejeição, infecção ou transmissão de doenças.

Procedimentos de Manipulação Estéril
1. O assistente deve retirar a embalagem tipo blister de tyvek estéril de dentro do invólucro de papelão e abrir cuidadosamente a embalagem tipo blister de tyvek, deixando o pacote interno cair livremente sobre uma bandeja esterilizada. Não contenha o pacote interno.
2. O dentista para paramentadores deve segurar o componente do implante pelo envelope, cortar uma extremidade do pacote interno com um par de tesouras e remover o componente de dentro do envelope da seguinte forma:
   Implante: Segure o plug de inserção cicatrização e com os dedos enluvados ou pinça e insira o implante dentro na osteotomia preparada de acordo com as instruções cirúrgicas da Bicon.
   Abutment: Retire o abutment da embalagem interna segurando a parte superior do abutment com a pinça e insira o abutment na cavidade conectora lavada do implante integrado.
3. Se for realizado adequadamente, não é necessário tocar diretamente nos componentes esterilizados.

Sistema Bicon de Implantes

Garantia e Limitações

O sucesso de todos os implantes dentários é baseado em grande parte à técnica cirúrgica que deve ser realizada de forma meticulosa. A escolha cuidadosa do paciente e as próteses restauradoras finais adequadas às necessidades individuais do paciente e ao restante da anatomia são fatores essenciais. A escolha de implantes individuais ou múltiplos de tamanho e configuração apropriados para a anatomia existente também é fundamental para o sucesso.

Pelas razões mencionadas acima, a Bicon recomenda enfaticamente que todos os dentistas participem de um ou mais cursos ou simpósios sobre implantes dentários endósseos que abordem o uso do sistema de implante dentário Bicon antes de tentar utilizar implantes em seus pacientes. **Porque a Bicon não deve e não pode controlar os fatores dentro do escopo de serviços realizados por um profissional de odontologia, incluindo a seleção do paciente, técnica cirúrgica e técnicas restauradoras, a Bicon não assume qualquer responsabilidade, além da substituição do produto, devido a falhas ou outras reações ou resultados adversos decorrentes da seleção do paciente, cirurgião ou técnicas restauradoras. Os implantes que possam surgir devido ao uso de um implante Bicon.** Os implantes Bicon são produzidos com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V) e fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™), sendo considerados por pesquisadores de materiais biológicos como altamente biocompatíveis em numerosos estudos em animais e em humanos, conduzidos por muitos anos. Entretanto, como com todos os implantes, há sempre a possibilidade de superfícies lascadas resultantes da inserção do implante no osso. Estas imperfeições superficiais não parecem influenciar o sucesso geral do implante. Os implantes Bicon são excepcionalmente resistentes à flexão e à fratura. **Não é possível, entretanto, garantir a flexão ou a fratura de implantes ou abutments em todos os casos ou em todas as circunstâncias,

NL NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

Algemene Informatie

Beschrijving
Het Bicon tandheelkundig implantaat is vervaardigd uit een titaniumlegering van chirurgische kwaliteit (Ti6Al4V). Vele oneffenheden hebben aangetoond dat dit materiaal biocompatibel is. De oppervlakte configuratie werd zorgvuldig ontworpen en mag niet gewijzigd worden. De implantaten worden onder verschillende oppervlaktevormen aangeboden, hetzij gezandstraald (Integra-Ti™), hetzij met een hydroxyl-apatiet coating (Integra-CP™).

Gebruik
Bicon implantaten kunnen in de bovenkaak of in de onderkaak geplaatst worden. Er zijn verschillende afmetingen beschikbaar zodat ze in een voorbereid implantaatbedding kunnen ingebracht worden, hetzij in geheel bot, hetzij in een verse extractie-alveole. Meer inlichtingen over het chirurgisch proceDé worden toegevoegd in de chirurgische handleiding van Bicon of in één van de technische video's van Bicon.

Indicaties
Het Bicon implantaat is ontworpen ter gebruik in edentate zones in de onderkaak of in de bovenkaak hetzij ter ondersteuning van een volledige tandprothese, hetzij ter ondersteuning van een definitief of tijdelijk abutment voor vast bruggewerk of voor partieel bruggewerk, hetzij ter ondersteuning van een solitaire tandkroon.

Contraindicaties
Bicon implantaten mogen niet gebruikt worden bij patiënten bij wie een medische contraindicatie aanwezig is zoals een bloeddyscrasie, ongecontroleerde diabetes, hyperthyroïde, bruisende, actieve infecties of maligne aandoeningen. Ook mogen Bicon implantaten niet gebruikt worden bij patiënten met een algemene aandoening zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt myocardiaal infarct gedurende het afgelopen jaar of een tekort aan beendelig steunweefsel, welke niet toelaat dat een implantaat geplaatst kan worden van een geschikte afmetingen. De 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm en 3,5 x 8,0mm implantaten zijn niet geïndiceerd voor tandvervanging in de molaren regio als een enkele eenheid. Implantaten mogen niet geplaatst worden als het alveolaire bot onvoldoende hoog of onvoldoende breed is om het implantaat volledig te omgeven.

Voorzorgsmaatregelen
Panoramische radiografieën moeten aantonen of er voldoende bot aanwezig is op de gewenste implantaat-site en om kritische anatomische structuren te localiseren zoals het mandibulair kanaal, het foramen mentale, de sinus maxillaris en buurelementen. De voorzienige contrast om een correcte beoordeling van het aantal en midden vlaamse inspectieen manuele palpatie om de anatomie van het beschikbare bot op die plaats te kunnen inschatten. Een grondige klinische evaluatie is noodzakelijk. Om het succes van de ingreep te verzekeren is bovendien een voldoende motivatie van de patiënt essentieel.

Nevenwerkingen
Na een chirurgische ingreep kunnen volgende complicaties optreden, waaraan niet werd aangetoond dat deze door het implantaat zelf veroorzaakt worden : wonddehiscentie, overgroei van fibreus weefsel, oedeem, hematoom, infectie, ontsteking en veralgemeende allergische reactie. Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het implantaat, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de locatie/ staat/ land waarin de gebruiker en/ of patiënt is gevestigd, indien van toepassing. Een samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties is te vinden op Eudamed via de Europese website (https://ec.europa.eu/) of op http://www.bicon.com/safety.

Waarschuwing
Implantaatchirurgie is een hoog-gespecialiseerde en complexe procedure. Speciale scholing is noodzakelijk en gevestigde technieken met betrekking tot orale implantologie. Het bijwonen van implantaat cursussen en seminaries is ten stellingste aanbevolen alvorens dergelijke chirurgie wordt aangevat. Onjuiste technieken kunnen aanleiding geven tot falings van implantaten en/ of complicaties van het omliggende weefsel. Bicon implantaten enkel gebruikt worden in de specifieke indicaties die hoger werden beschreven. Zonint kan dit leiden tot verlies van het implantaat en tot verlies van het beendelig steunweefsel. Bicon implantaten mogen enkel geplaatst worden met de speciaal daarter vervaardigde boren die door Bicon geleverd worden. De implantaten met een diameter van 3.0mm zijn ontworpen om uitsluitend te gebruiken met rechte abutments.

Bicon Tandimplantaat-Systemen

Garantievoorwaarden

Het succes van een tandimplantaat is sterk afhankelijk van de chirurgische techniek, die uiterst nauwkeurig moet uitgevoerd worden. Het is essentieel om de patiënt die voor implantaten in aanmerking komt, zorgvuldig te selecteren en het is even essentieel om een definitieve restauratieve prothese te vervaardigen die in overeenstemming is met de behoeften van de betreffende patiënt en die beschikbaar gemaakt wordt voor herhaalde verhouden. Van even crucial belang voor het welslagen is de juiste selectie van individuele of multiple implantaten met een lengte en configuratie aangepast aan de bestaande anatomie.

Om deze redenen, beveelt Bicon ten stelligste aan dat alle tandartsen één of meerdere cursussen of symposia volgen inzake endosseale implantologie met betrekking tot het gebruik van het Bicon tandimplantaatsysteem, alvorens Bicon implantaten in de tandartspraktijk in te voeren.

Omdat Bicon een aantal factoren met betrekking tot de dienstlevering van de tandarts-practicus, zoals bijvoorbeeld patiëntenselectie, chirurgische techniek of restauratieve techniek, niet moet controleren naar ook niet kan controleren, wijzt Bicon iedere verantwoordelijkheid af, behoudens de verwijzing van een product, voor falingen of andere ongewenste reacties of resultaten die de koper, de tandarts of de patiënt tegenkomt voortspruitend uit of ingevolge van het gebruik van een Bicon implantaat.

Bicon implantaten worden vervaardigd uit een titaniumlegering (Ti6Al4V) van chirurgische kwaliteit en zijn gezandstraald en worden aangeboden zonder coating (Integra-Ti™), met een hydroxylapatiet-coating (Integra-CP™); in tal van studies, die werden uitgevoerd over een periode van vele jaren bij dieren en mensen, werden de als hoog biocompatibel bevonden materialen gebruikt voor de vervaardiging van Bicon implantaten, zoals dit het geval is met al dergelijke coatings, bestaat altijd de mogelijkheid van splintering van het implantaatoppervlakte wanneer het implantaat in het bot wordt ingebracht. Enkele implantaten kunnen bij levering enkele kleine splinters of deeltjes vertonen in de hydroxylapatiet-coating. Dergelijke opperviakte imperfecties worden niet geacht de volledige functie van het HA gecoate implantaat te kunnen aantasten. Hoewel een overgrote de mening zijn toegedaan dat HA coatings niet resorbeerbaar zijn, is het material nog niet lang genoeg in gebruik om de validiteit van deze uitspraak te staven. **Bicon implantaten en titanium abutments zijn uitzonderlijk resistent aan buiging en breuken. Het is echter onmogelijk te garanderen dat fractuur of buiging van een implantaat of van een abutment niet kan of niet zal optreden ingevolge een traumatisch letsel of een excessieve occlusale belasting.**

Om voorgaande redenen, en met uitzondering van de indicaties die specifiek zijn opgenomen in het huidige document, biedt Bicon geen enkele garantie verenderlinked dan de verklaringen in deze garantieverklaring of verdergaand als die beschrijving opgenomen in het Bicon catalogus. De huidige garantieverklaring vervangt en sluit iedere andere garantie uit, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Bicon verkoopt en waarborgt enkel aan kopers die de status hebben van erkend tandarts en die implantaten en abutments aankopen voor het doel waartoe deze producten geeïgend zijn en deze verder verkopen als onderdeel van de diensten die zij leveren aan hun patiënten. **Bicon stelt géén enkele schriftelijke garantie op ten aanzien van enige consequent, patiënt of eindgebruiker en machtigt niemand om dergelijke schriftelijke garanties te maken namens Bicon.**

Het verhaal van de koper uitgeoefend op Bicon in zijn aansprakelijkheid beperkt zich tenslotte op de vervanging of het herstel van een defect Bicon implantaat of een defect Bicon abutment, onder voorbehoud dat - binnen een periode van zes (6) maanden na levering aan de koper - aangetoond werd, tot tevredenheid van de autoriteiten van Bicon, dat het product defecten vertoonde op het moment van de verzending, en dat het teruggestuurd wordt naar Bicon voor inspectie, vervanging of herstel. Bicon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid jegens iedere persoon voor enige incidentele, consecutieve of andere schade van welke aard ook, noch het bevaar of de kosten van een beweer of dit op gebaseerd is op contractuele theorieën, op nalatigheid of op een onrechtmatige daad.

PL POLSKA INSTRUKCJA UŻYCIA

Informacje ogólne

Opis
Implant dentystyczny firmy Bicon jest wykonany ze stopu tytanowego o czystości chirurgicznej (Ti6Al4V). Wiele badaczy wykazało biokompatybilność tego materiału. Konfiguracja powierzchni została dokładnie zaprojektowana i nie powinna być zmieniana. Implanty są dostarczane w wersji z powierzchnią piaskowaną (Integra-Ti™) lub powlekaną hydroksyapatytem (Integra-CP™).

Zastosowanie
Implanty Bicon mogą być wszczepiane w żuchwie lub szczęce górnej. Dostępne są różne rozmiary pasujące do uwarzonych zabodołów w zaopatrzonych kościach lub w miejscach bezpośrednio po ekstrakcji zęba. W celu uzyskania informacji o procedurze operacyjnej należy zapoznać się z instrukcją procedury lub odpowiedzi film o technice Bicon.

Wskazania
Implant Bicon jest przeznaczony do użycia w miejscach braku zębów w żuchwie lub szczęce górnej jako podstawa protezy dentystycznej, ostatecznego lub tymczasowego łącznika dla stałego mostka lub częściowych protez takich jak uzupełnienie pojedynczego zęba.

Przeciwwskazania
Implanty Bicon nie powinny być stosowane u pacjentów z chorobami stanowiącymi przeciwwskazanie do stosowania, takimi jak dyskrazja, nieleczone cukrzycą, nadczynność tarczycy, bruksizm, zakaźne jamy ustnej lub nowotwory. Ponadto implanty Bicon nie powinny być stosowane u pacjentów z chorobami stanowiącymi przeciwwskazanie do stosowania, takimi jak zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatniego roku lub z niewystarczającą ilością kości szczękowej, aby umożliwić użycie implantu o odpowiedniej średnicy i długości. Implanty 3,0 x 6,0 mm, 3,0 x 8,0 mm i 3,5 x 8,0 mm są przeznaczone do użycia jako uzupełnienie pojedynczych zębów w regionie zębów trzonowych (niezależnie czy z pojedynczych, czy też). Implanty nie powinny być wszczepiane w przypadku niewystarczającej szerokości i wysokości kości zębodołowych, aby otoczyć implanty.

Środki Ostrożności
Należy wykonywać panoramiczne zdjęcia rentgenowskie do określenia, czy odpowiednia ilość kości jest obecna w miejscu planowanego implantu, a także do zlokalizowania ostatecznych struktur anatomicznych, takich jak kanały żuchwy, otwory bródkowe, zatoki szczękowe i sąsiednie zęby. Badanie palpacyjne i bezpośrednie kontrole wykonywane planowanego miejsca implantacji są także niezbędne do określenia anatomii znajdującej kości. Konieczna jest dokładna ocena kliniczna. Aby procedura mogła zakończyć się sukcesem, konieczna jest odpowiednia motywacja pacjenta.

Reakcja Niepożądane
Mogą wystąpić następujące powikłania związane z procedurą chirurgiczną, jednak nie wykazano ich związku z samym implantem: rozejście, opóźnione gojenie, nadmierny wzrost tkanki włóknistej, krwiak, krwiak, zakażenie, stan zapalny i uogólniona reakcja uczuleniowa. Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z produktem, należy zgłosić producentowi i/ lub organowi przygotowań, właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę. Podsumowanie danych ze zbrocze bezpieczeństwa i zaosowania klinicznego można znaleźć w Eudamed na europejskiej witrynie (http://ec.europa.eu/) lub na https://www.bicon.com/safety/.

Ostrzeżenia
Wszczepienie implantu jest wysoce specjalistyczną i skomplikowaną procedurą. Wymagane jest odbycie specjalnego szkolenia oraz znajomość zasad ustalonych metod stosowanych w implantologii ustnej. Zdecydowanie zaleca się udział w kursach i seminariach poświęconych danej tematyce przed podjęciem próby operacji. Nieprawidłowe metody mogą prowadzić do niepowodzenia implantacji lub powikłań otaczających tkanek. Implanty Bicon należy stosować wyłącznie do specyficznych wskazań opisanych powyżej. Niewłaściwe użycie może prowadzić do utraty implantatu i jednoczesnego zniszczenia kości wokół implantu, zmiany w odpowiednich implantu na ostukiwanie lub zmiany w obrazie radiologicznym kontaktu kości z implantem wydają jego długości. Jeśli takie implanty wykazują ruchomość lub przekraczają 50% utratę kości należy zostać implant pod kątem możliwości ewentualnego usunięcia. Implant o średnicy 3,0 mm powinien być przeznaczony do stosowania wyłącznie z prostymi łącznikami.

Gojenie Kości Zamykającej
Gojące kości zamykające Bicon są wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Tymczasowe Łączniki
Tymczasowe łączniki Bicon są wykonane ze stopu tytanowego o czystości chirurgicznej (Ti6Al4V) i wykorzystywane jako przeciążkowe nasadka. Tymczasowy łącznik może być zmodyfikowany w celu wykształcenia brużdy dzięsłowej o żądanym kształcie.

Opakowanie
Implanty i łączniki Bicon są dostarczane w sterylnym opakowaniu. Jeśli opakowanie jest uszkodzone i implant jest skażony, należy wyrzucić. Produkt nie jest implantowany i można go użytkować ponownie. Implanty należy regionalnych i lokalnych. Implanty Bicon są przeznaczone do jednorazowego zastosowania i należy je wszczepiać natychmiast po otwarciu opakowania, nadaje się do sterylizacji. **Implanty i łączniki są dostarczane w pomoną promieniowania gamma i nie mogą być stosowane w celu uniknięcia ochrzanu, jeśli opakowanie zostało naruszone. Nie przenosimy chorób.**

Procedury Sterylnej Obsługi
1. Aysstem wyjmuje sterylne opakowanie blistrowe Tyvek z kartonowego folderu i ostrożnie otwiera opakowanie blistrowe Tyvek umożliwiając swobodne wypełnienie wewnętrznego opakowania na sterylną tacę. Nie wolno dopuścić do skażenia wewnętrznego opakowania.
2. Dentysta chwyta kopertę zawierającą implant, przecina nożczkami jeden koniec wewnętrznego opakowania i wyjmuje element z koperty w następujący sposób:

Implant: chwyć gojący korek zamykający palcami mając nałożone rękawiczki lub kleszczykami i umieść implant w przygotowanej osteotomii zgodnie z instrukcją operacyjną firmy Bicon.

Łącznik: Chwyć gojący korek zamykający palcami mając nałożone rękawiczki lub kleszczykami i umieść implant w przygotowanej osteotomii zgodnie z instrukcją operacyjną firmy Bicon.

3. Jeśli wykonano to prawidłowo, nie będzie potrzebne dezynfekcji dotykowej przez kogokolwiek elementów sterylnych.

PRZESTROGA: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż niniejszego przyrządu wyłącznie przez dyplomowanych dentystów lub na ich zlecenie.

TR TÜRKÇE KULLANMA TALİMATI

Genel Bilgi

Tanım
Bicon dental implantı cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) yapılmıştır. Birçok araştırmacı tarafından bu materyalin biyouyumlu olduğu gösterilmiştir. Yüzey konfigürasyonu dikkatle tasarlanmıştır ve modifiye edilmemesi gerekir. Implantlar kumlanmış (Integra-Ti™) ve hidroksiapatit (Integra-CP™) ile kaplanmış olarak sağlanır.

Eylemler
Bicon implantları mandibula veya maksillada kullanılabilir. İyileştirilmiş kemikte oluşturulmuş soketler veya yeni ekstraksiyon bölgeleri için en uygun şekilde yerleştirilmeleri için çeşitli boyutlarda sağlanabilir. Cerrahi işlem bilgisi için işlem el kitabına başvurun veya bir Bicon teknik videosu izleyin.

Wskazania
Bicon implantı mandibula veya maksillada kullanılmak üzere tasarlanmıştır bir takma diş protezinin desteklenmesi için, sabit köprü veya kısmi takma dişler için bir son veya ara abutment olarak veya tek bir dişin yerini almak üzere kullanılmak için tasarlanmıştır.

Kontrendikasyonlar
Bicon implantları kan dikrasiklerinden, kontrol altında olmayan diyabet, hipertiroidi, bruksizm, oral enfeksiyonlar veya malignansiler gibi kontrendike hastalıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır.Bicon implantları ayrıca geçirilmiş iyi iyinde miyokard enfarktüsü geçirme öyküsü olan veya yeterli kemik olmayan hastalarda kullanılmamalıdır. Bicon implantın kullanılmasına izin vermeyen yeterli kemiği olmayan hastalarda kullanılmamalıdır. 3,0 x 6,0, 3,0 x 8,0 ve 3,5 x 8,0 implantları tek bir birim olarak molar bölgede destekli tek dişlerin değiştirilmesi amacıyla endike değildir. Implantlar, implantın çevreleyecek yeterli alveoler kemik genişliği ve yüksekliği yoksa implantın yerleştirilmemelidir.

Önlemler
Önerilen implant bölgesinde yeterli kemiğin olup olmadığını belirlemek ve ayrıca mandibüler kanallar, mental foramenler, maksiller sinüsler ve komşu dişler gibi kritik anatomik yapıları lokalize etmek için panoramik radyografi kullanılmalıdır. Ayrıca mevcut kemiğin anatomisini belirlemek üzere prospektif implant bölgesinin palpasyonu ve manuel muayene de gerçekleştirilmelidir. Tam bir klinik değerlendirme şarttır. İşlemin başarılı olması isteniyorsa uygun hasta motivasyonu şarttır.

Advers Reaksiyonlar
Cerrahi işlemi takip eden aşağıdaki komplikasyonlar oluşabilir ama implantın kendisi nedeniyle oluştukları gösterilmemiştir: dehisans, gecikmiş iyileşme, parestezi, ödem, hematom, enfeksiyon, enflamasyon ve genel alerjik reaksiyon. Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üretici ve varsa, kullanıcının ve / veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir. Güvenlik ve klinik performansın bir özeti, Eudamed aracılığıyla bulunabilir Avrupa web sitesinde (https://ec.europa.eu/) veya https://www.bicon.com/safety/ adresinde.

Uyarı
İmplant cerrahisi yüksek ölçüde uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir işlemdir. Oral implantolojinin yerleşmiş tekniklerikonusunda özel eğitim gerekilidir. Cerrahiye kalkışılmadan önce implant kursları ve seminerleri kuvvetle önerilir. Uygunsuz teknikler implant başarısızlıklarına ve / veya çevredeki dokuların komplikasyonlarına neden olabilir. Bicon implantları spesifik olarak belirtilenler dışındaki bölgelerde veya durumlarda kullanılmamalıdır. Aksi halde destekleyici kemik kaybının yanı sıra implant kaybına da yol açabilir. Bicon implantları, implantın yerleştirilmesinden sadece Bicon tarafından sağlanan özel tasarlanmış kemik matkaplarıyla kullanılması amaçlanmıştır. Bicon implantları 3,0 mm çapında olduğu için yalnızca düz abutmentlerle kullanılmalıdır.

Kemik Kapanış Implantları
Bicon kemik kapanış implantları yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmıştır.

Geçici Abutmentler
Bicon geçici abutmentleri cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) yapılmıştır ve bir transmukozal kapak olarak kullanılır. Geçici abutment istenen şekilde bir gingival sülkus geliştirmek üzere modifiye edilebilir.

Sağlanma Şekli
Bicon dental implantları ve abutmentleri steril bir şekilde sağlanır. Paket hasarlıysa ve bir implant kontamine haline gelmiş olabilirse, implant kullanılmamalıdır. Materyal tekrar işlenebilir ve yeni sterile gönderilebilir veyaran olarak imha edilebilir. Bicon implantları tek kullanımlık cihazlardır ve steril paket açıldıktan sonra hemen kullanılmak üzere tasarlanmıştır. **İmplantı ve abutmentleri yeniden sterilize etmeyin. Steril olarak sağlanır ve yeniden sterilize veya başka şekilde sterilizasyonu önlemek için farklı hastalarda kullanılmamaları gerekir.**

Steril Muamele İşlemleri
1. Asistan steril Tyvek blister paketin i karton klasörden çıkarır ve Tyvek blister paketini dikkatle açıp iç paketin steril tepsiye serbestçe düşmesini sağlar, iç paketi kontamine etmeyin.
2. Diş hekimi implant içeren kapalı zarf üstünden tutar, iç paketin bir ucunu makasla keser ve bileşeni zarftan şu şekilde çıkarır:

Implant: İyileştirici kılıç dolgusunu eldiveni parmaklar veya forseps tutun ve implantı Bicon'un cerrahi talimatına göre hazırlanmış osteotomiye yerleştirin.

Abutment: Abutment baş kısmını forseps tutarak abutmenti içpaketten çıkarın ve abutmenti tam iyileşmiş ve uygun ölçüdeki implant üzerine yerleştirin.

3. Uygun şekilde yapılmışsa kirlenmiş steril bileşenler doğrudan dokunması gerekmez.

DİKKAT: ABD Federal kanunlarına göre bu cihaz sadece lisanslı bir diş hekimi tarafından veya emriyle satılabilir.

Bicon Dental Implant Sistemi

Garanti ve Sorumluluklar

Tüm dental implantasyon başarısı, büyük ölçüde itinayla yapılmış cerrahi tekniğe yüksek düzeyde bağlıdır. Hastanın dikkatle seçilmesi ve her hastanın gereksinimlerine uygun olan anatomisine uygun son restoratif protezler kullanılması şarttır. Başarı bekleniyorsa mevcut anatomi için uygun büyüklükte ve konfigürasyonda tekil veya çoklu implantların seçilmesi de aynı derecede önemlidir.

Yukarıdaki nedenlerle Bicon tüm diş hekimlerinin dental uygulamalarına implantları katmaya kalkışmadan önce Bicon dental implant sisteminin kullanımıyla ilgili bir veya birkaç endosteal dental implant kursu veya sempozyumuna katılmasını kuvvetle önerir. **Bicon, hasta seçimi, cerrahi teknik ve restoratif tekniküler dahil olmak üzere dental uygulamalarının sonuçlarını kontrol etmesi veya kontrol edebilmesi nedeniyle, faktörleri kontrol edemeyeceğinden ve etmemesi gerektiğinden bir Bicon implantı kullanımı nedeniyle herhangi bir hasta veya alan, herhangi bir dental uygulayıcı veya hasta acısından başarısızlık veya hasta olumsuz reaksiyonlar nedeniyle ürünün değiştirilmesi dışında herhangi bir sorumluluk almaz.** Bicon implantları cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) üretilmiş olup kumlanmış (Integra-Ti™) ve hidroksiapatit kaplı (Integra-CP™) olarak sağlanır ve biyouyumlu seramiklerden oluşan hidroksiapatit kaplama birçok yıllık deneyimi yapılmış çok sayıda hayvan ve insan çalışmasında yüksek düzeyde biyouyumlu oldukları düşünülmüştür. Ancak bu tür tüm tedavilerde olduğu gibi implantın yerleştirilmesi sırasında implant yüzeyinin parçalanma ihtimali her zaman vardır. Bazı implantlarda alındıklarında HA (hidroksiapatit) içinde küçük parçalar olabilir. Bu yüzey kusurlarının HA kaplamanın genel işlevini etkilemeyeceği düşünülmektedir. Bicon yazılı yetkili HA'nın resorbe edilemediğini ifade etse de materyal bu iddianın doğrulunu belirleyecek kadar uzun bir süre kullanılmamıştır. **Bicon implantları ve titanyum abutmentları olağanüstü derecede dirençlidir. Ancak implantın veya abutmentin asla kırılmayacağı veya aşırı travmatik yaralanma veya aşırı oklüzal yük nedeniyle kırılma veya bükülmenin meydana gelmeyeceğini garantilemek mümkün değildir.**

Bu nedenlerle burada spesifik olarak belirtilenler dışında Bicon bu garantideki beyanların veya herhangi bir faturadaki tanımın ötesinde bir garanti vermez. Bu garanti münhasırdır ve satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere açık veya zımni tüm diğer garantilerin yerini alır. Bicon, bastalar için verdikleri hizmetlerin bir parçası olarak kullanılmaları ve tekrar satılmaları amaçlarıyla implantlar ve abutmentleri satın alan lisanslı dental uygulayıcılara satış yapar ve bu garantiyi verir. **Bicon herhangi bir tüketici, hasta veya son kullanıcıya yazılı bir garanti vermez ve hiç kimsenin kendi adına böyle bir yazılı garanti vermesi için yetkilendirmez.**

Herhangi bir satın alınan Bicon ürünü üzerinden (ve Bicon'un yükümlülükleri) sadece ve münhasır olarak ürünün satın alınan iletilmesinden sonraki altı (6) ay içinde Bicon yetkililerine sevkiyat zamanında kusurlu olduğunun gösterilmesi ve Bicon'a iade edilmesi, garantiye uyan ürünün Bicon'un gönderilmesi durumunda kusurlu bir Bicon implantı veya abutmentinin değiştirilmesi veya tamiriyle sınırlıdır. Bicon hiç koşulu herhangi bir talep veya olası talep ister sözleşme, ihmal, haksız fiil veya sözleşme teorileri temelinde olsun herhangi bir arızi, sonuçsal veya başka hasar için sorumlu değildir.

JA 日本の 使用説明書

概説

製品について
パイコン 歯科用インプラントは、外科用グレードのチタン合金(Ti6Al4V)で作成されています。本材質は、多くの研究者によりて生体適合性があることがされてきました。表面形状は入念にデザインされています。表面を修正しないでください。インプラントは、ブラスト処理(Integra-Ti™)または水酸化アパタイト(Integra-CP™)が施されています。

適応
パイコン インプラントは下顎あるいは上顎に使用できます。単独で使用されるほか、従来の歯科技工物(例えばブリッジ)とともに用いられます。インプラントは、インプラント埋伏の機械的な安定性を得るために、さまざまな直径と長さがあります。インプラントの埋伏方法については、インプラント埋伏マニュアルまたはパイコンテクニックビデオを参照してください。

禁忌
パイコン インプラントは、下顎または上顎の無歯領域に対する最適歯の補綴、固定ブリッジまたは部分義歯に対する最終または中間アバットメント、或いは単独歯の交換に適しています。

禁忌
パイコン インプラントは、血液疾患、管理不能な糖尿病、甲状腺機能亢進、進行しの、口腔感染または悪性腫瘍などの全身的な禁忌症状がある患者には使用しないでください。また、過去1年以内に心筋梗塞を発症するなど禁忌状態にある患者、または適切なサイズのインプラントを使用できないほど顎骨の骨が不十分な患者にも使用しないでください。3.0 x 6.0mm、3.0 x 8.0mm、および3.5 x 8.0mmインプラントは、臼歯部分のエプデンタルとしてエンドウンスの単一歯の交換に対する使用には適応されません。インプラントを埋伏のに歯槽骨の幅と高さが十分でない場合は、インプラントを埋め込まないでください。

使用上の注意
パノラマX線写真または歯科用コーンビームCTを使用して骨の量と、インプラント埋伏予定部位の解剖学的構造、特に下顎管、オトガイ孔、上顎洞および近接歯などの重要な解剖学的特徴が確立されていることを位置決りるためにもパノラマX線を使用すること。利用可能な骨の構造を判定するには、予定インプラント部位の触診や病変検査も必要です。綿密な臨床評価が不可欠です。手技を成功させるには、患者への適切な動機付けが不可欠です。

副作用
次の手技に関連のある合併症が起こり得るが確立がありますが、インプラントの埋伏が原因であるとは証拠はこれまでされていません。創開裂、過剰瘢痕形成、線維性増殖、浮腫、血腫、感染症、炎症および全身性アレルギー反応。この材料に伴う不適の事故についてはそれやかに報告し、製造元に通知し、必要に応じて公的機関にも通知を入れて対処すること。安全性と臨床成績の概要はヨーロッパのウェブサイトhttps://ec.europa.eu/ またはhttps://www.bicon.com/safety/ で確認ください。

警告
インプラント手術は専門的知識の高い、複雑な手技です。口腔インプラント歯科手技に関する専門的訓練をすでに受けている必要があります。インプラントの埋伏に関する講習会やセミナーに参加することを強く推奨します。手技が不適切な場合は、インプラントの破損や周辺骨の喪大な損失を招く恐れがあります。パイコン インプラントは、適応と禁忌それに基づきまたは状況以外に使用しないでください。インプラントの欠損と同時に骨造成を行う場合は、骨移植材料の使用に関する十分な知識が必要です。パイコン インプラントは、骨移植材料を使用せずに骨幅が3.0mm以上ある部位にのみ埋伏してください。パイコン インプラントを使用中は、医師は患者に次の状態がないか注意深く観察する必要があります:インプラント周囲粘膜の過剰な増殖、インプラントの打診反応の変化、または、インプラントの上方に位置する歯の歯冠修復物の咬合接触の変化。インプラントの埋伏予定部位が、十分な骨幅、骨の高さ、骨質を有しているかどうかを、インプラントの埋伏の前に、CTまたはパノラマX線写真を用いて評価してください。インプラントの埋伏の可能性について検討する必要があります。直径3.0 mmのインプラントはストレートアバットメントとのみ組み合わせるように設計されています。

ヒーリングプラグ インサーター
パイコン ヒーリングプラグインサーターは高密度ポリエチレン(HDPE)で作成されています。

テンポラリーアバットメント
パイコン テンポラリーアバットメントは外科用グレードのチタン合金(Ti6Al4V)で作成されており、粘膜キャップとして機能します。望ましい形状の歯肉溝を形成させるため、テンポラリーアバットメントを修正することができます。

供給形態
パイコン歯科用インプラントおよびアバットメントは滅菌包装されています。包装に損傷が見られインプラントが汚染されている可能性がある場合は、使用しないでください。**インプラントおよびアバットメントを再滅菌しないでください。**滅菌されていない状態で提供されます。インプラントは単回使用のデバイスであり、滅菌包装を開封した直ちに挿入することを推奨します。

インプラントとアバットメントはガンマ線滅菌されており、出荷以前、感染症または未滅菌を防止するため、別の患者に使用してはなりません。

滅菌包装のトレイ方法
1. 助手はボーン紙製のフォルダーから滅菌済みのTyvek®ブリスター包装を取り外したら慎重に開封し、滅菌トレイに内包装を自由落下させます。内包装を不潔にしないでください。
2. 歯科医はインプラントコンポーネントを手それが入った袋で把持し、内包装の片端をハサミで切ったら次の方法で袋からコンポーネントを取り出します。

インプラント: 手袋を装着した指または鉗子でヒーリングプラグインサーターを把持し、パイコンのサージカルマニュアルに従って準備したオスオネネミニインプラントを挿入します。

アバットメント: 鉗子でアバットメントの頭部を把持しつつ内包装からアバットメントを取り出し、完全に治癒していてて十分にそろインプラントにアバットメントを挿入します。

3. 適切に行えば、滅菌済みコンポーネントに直接手を触れる必要はありません。

注意: 米国連邦法の規定により、本品の販売は、免許を有する歯科医師または医師による使用に限定されます。

パイコン 歯科用インプラントシステム

保証およびお責任

すべての歯科用インプラントにおいて成功を収めるためには、手術手技に厳心の注意を払うことが非常に大きく影響します。担当医は患者選択、すべての治療法と手技に精通している必要があります。**パイコンは、不適切な歯科医師の施術、または不適切な患者の手技に関連して発生する可能性のある合併症や患者の不満足に対して、一切の責任を負いません。**パイコン 歯科用インプラントは抗菌性表面処理(Integra-CP™)が施されています。**手術前に、インプラントの埋伏に、インプラントの埋伏に必要な器具のプラントを選択してください。**

上記の理由から、すべての歯科医師は、歯科補綴において、インプラントを使用して入れる前に、パイコン 歯科用インプラントシステムに関する講習会に参加することを強く推奨します。**患者選択、手術手技および歯科技術を含めて、歯科開業医が行う全義歯歯科医師**の結果をコントロールまたは予測することはできないため、**当社は歯科医師による患者の治療の結果に対して、または使用中にもたらされる、欠陥またはその他の望ましくない結果、合併症、歯科開業医、または患者に対する結果または損害を含む結果に対し、製品の交換以外で一切の責任を負いません。**パイコン 歯科用インプラントは抗菌性表面処理(Integra-CP™)が施されています。**手術前に、インプラントの埋伏に必要な器具のプラントを選択してください。**

上記の理由から、すべての歯科医師は、歯科補綴において、インプラントを使用して入れる前に、パイコン 歯科用インプラントシステムに関する講習会に参加することを強く推奨します。**患者選択、手術手技および歯科技術を含めて、歯科開業医が行う全義歯歯科医師**の結果をコントロールまたは予測することはできないため、**当社は歯科医師による患者の治療の結果に対して、または使用中にもたらされる、欠陥またはその他の望ましくない結果、合併症、歯科開業医、または患者に対する結果または損害を含む結果に対し、製品の交換以外で一切の責任を負いません。**パイコン 歯科用インプラントは抗菌性表面処理(Integra-CP™)が施されています。**手術前に、インプラントの埋伏に、インプラントの埋伏に必要な器具のプラントを選択してください。**

KO 한국어 사용 설명

일반 정보

설명
Bicon 치과 임플란트는 외과용 티타늄 합금(Ti6Al4V)으로 제작됩니다. 이 소재는 많은 연구가들에 의해 생체 적합성이 입증되었습니다. 표면 구성은 정밀하게 설계되었으므로 개조하지 말아야 합니다. 본 임플란트는 그릿 블라스트 (Integra-Ti™) 처리된 수산화인회석(Integra-CP™) 제품입니다.

적용
Bicon 임플란트는 하악골이나 상악골에 심을 수 있습니다. 저장된 골 내에 정확한 치수 내에 맞도록 제공은 할부 되며 또는 단일 치아 크기로 공급됩니다. 수술 절차 정보에 대해서는 시술 안내서를 참고하거나 Bicon 기법 비디오를 보십시오.

적응증
Bicon 임플란트는 전체 의치 보철, 고정 가공 의치나 부분 의치를 위한 또는 단일 치아 교체를 위해 또는 제공은 할부 되며 또는 단일 치아 교체를 위해 하악골이나 상악골 내의 무치아 부위에서 사용하도록 고안되었습니다.

금기증
Bicon 임플란트는 혈액 질환, 조절되지 않는 당뇨병, 갑상선기능항진증, 이갈기, 구강 감염 또는 악성 같은 금기 질환을 가진 환자에게 사용해서는 안 됩니다. 또한 Bicon 임플란트는 지난 1년 내에 심근 경색과 같은 금기 질환이 있었거나 적절한 골 양을 가진 환자에게 사용해서는 안 됩니다. 3.0 x 6.0mm, 3.0 x 8.0mm 및 3.5 x 8.0mm 임플란트는 구치부 단일 치아 교체를 위한 수술 부위에 사용하도록 고안되었습니다. 3.0 x 6.0mm, 3.0 x 8.0mm 및 3.5 x 8.0mm의 임플란트는 어금니 부위 내에 부착물 사용하거나 사용하지 않은 단일 치아 교체용으로 권장되지 않습니다. 임플란트를 둘러싸기 위해 충분한 치조골 높이와 폭이 없는 경우 임플란트를 설치해서는 안 됩니다.

주의사항
파노라마 방사선 사진을 사용하여 하악관, 턱끝구멍, 상악동 및 인접 치아와 같은 특정한 중요 해부 조직적 특징이 있는지 확인하십시오. 또한 수술 부위에 충분한 골량을 평가하기 위해 촉진 및 육안 검사를 실시하십시오. 철저한 임상 평가가 매우 중요합니다. 무엇보다도 성공적인 시술을 위해서는 환자에게 적절히 동기를 부여하는 것이 중요합니다.

이상반응
다음과 같은 외과 시술 관련 합병증이 발생할 수 있지만 임플란트 자체에 의해 유발되는 것으로 보이지는 않습니다: 열개, 치유 지연, 섬유조직 증식, 혈종, 혈관, 감염 및 전신 알레르기 반응. 만약, 보철물과 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우에는 반드시 제조업체 및/또는 사용자 및/또는 환자가 소속된 국가의 관할 기관에 보고해야 합니다. 안전성 및 임상적 성능에 대한 요약은 http://ec.europa.eu/) 또는 https://www.bicon.com/safety를 통해 Eudamed에서 확인할 수 있습니다.

경고
임플란트 수술은 고도로 전문화된 복잡한 시술입니다. 구강 악식학의 확립된 기술에 대