MADE IN THE USA

Bicon, Llc
501 Arborway
Boston, MA 02130
USA
tel: 617.524.4443
fax: 617.524.0096
support@bicon.com

Bicon Europe, Ltd.
Unit 4 Ballycummin Village
Ballycummin, Limerick
Ireland
tel: +353 6130 3494
fax: +353 6122-7606
ireland@bicon.com

Subsidiaries*

Bicon Europe
Limerick, Ireland
ireland@bicon.com

Bicon Italia
Cisterna, Italia
italy@bicon.com

Bicon Japan
Tokyo, Japan
japan@bicon.com

Bicon Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
vietnam@bicon.com.vn

Australian Sponsor

Emergo Australia
201 Sussex Street • Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia

*For complete address information of Bicon subsidiaries and other regional distributors, please visit www.bicon.com

CE 2797

2021-04-05 260-403-857r13 R0421

EN ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

General Information

Description
The Bicon dental implant is made from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V). This material has been shown to be biocompatible by many researchers. The surface configuration has been carefully designed and should not be modified. The implants are supplied grit blasted (Integra-Ti™) and hydroxylapatite coated (Integra-CP™).

Actions
Bicon implants can be used in the mandible or the maxilla. Various sizes are available to fit into created sockets in healed bone or into fresh extraction sites. For surgical procedure information, consult your local representative or the Bicon technique video.

Indications
The Bicon implant is designed for use in edentulous sites in the mandible or maxilla for support of a complete denture prosthesis, a final or intermediate abutment for fixed bridgework or for partial dentures, or as a single tooth replacement.

Contraindications
Bicon implants should not be used in patients with contraindicated diseases such as blood dyscrasias, uncontrolled diabetes, hypertension, bruxism, oral infections or malignancies. Bicon Short Body Bicon implants should not be used with contraindicated conditions such as myocardial infarction within the past year or insufficient surrounding bone to permit the use of an appropriately sized implant. The 3.0 x 6.0mm, 3.0 x 8.0mm, and 3.5 x 8.0mm implants are not indicated for use as a single tooth replacement and should be splinted or unsplinted in the mandibular region. Implants should not be placed if there is insufficient alveolar bone width and height to surround the implants.

Precautions
Panoramic radiographs should be used to determine if adequate bone is present at the proposed implant site as well as to locate established critical anatomical features such as the mandibular canals, mental foramina, maxillary sinuses and adjacent teeth. Palpation and direct visual inspection at the implant site are also necessary to determine the quality of the anatomy of available bone. A thorough clinical evaluation is imperative. Proper patient motivation is essential, and the procedure is to be successful.

Adverse Reactions
The following surgical procedure related complications may occur but have not been shown to be caused by the implant itself: dehiscence, delayed healing, paresthesia, edema, hematoma, infection, inflammation, and generalized allergenic reaction. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established, if applicable. A summary of safety and clinical performance, to be found on Eudamed through the European website (https://ec.europa.eu/) or at https://www.bicon.com/safety.

Warning
Implant surgery is a highly specialized and complex procedure. Special training is required in established techniques of oral implantology. Implant courses and seminars are strongly recommended before surgery is attempted. Improper technique can result in implant failure and/or damage to adjacent structures. Surrounding bone structures should not be used in sites or situations other than those specifically indicated. To do so may result in failure of the implant with the concomitant destruction of supportive bone. Bicon implants are intended to be used only with the specially designed bone drills supplied by Bicon or using Bicon surgical instruments. Bicon implants are to be used only with components for any of the following conditions: peri-implant bone loss, changes to the implant's response to percussion, or radiographic changes in bone to implant contact. Bicon utilizer and Integra-Lock implants are not to be used in sites with less than 5 mm of bone loss, the implant should be evaluated for possible removal. The 3.0mm diameter implant is designed to be used with straight abutments only.

Healing Plug Inserters
The Bicon healing plug inserters are made from high density polyethylene (HDPE).

Temporary Abutments
Bicon temporary abutments are made from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V) and is used as a transmucosal cap. The temporary abutment may be modified to develop a gingival sulcus of a desired shape.

How Supplied
Bicon dental implants and abutments are supplied in a sterile package. If the package is damaged and an implant becomes contaminated, it should be discarded. The material is non-hazardous and can be disposed of in accordance with regional and authority requirements. Bicon implants are supplied sterile and should be inserted into the prepared immediately after their sterile package has been opened. **Implants and abutments are provided sterile via gamma radiation and must not be used in different patients to prevent rejection, infection or disease transmission.**

Sterile Handling Procedures
1. The assistant removes the sterile tyvek blister pack from the cardboard holder and carefully opens the tyvek blister pack and allows the sterile container on to a sterile field for the surgeon's use.
2. The dentist grasps the implant component through the envelope, cuts one end of the inner pack with a pair of scissors, and removes the component from the envelope in the following manner:
   Implant: Grasp the healing plug inserter with gloved fingers or forceps and insert the implant into the prepared osteotomy according to Bicon's surgical instructions.
   Abutment: Remove the abutment from the inner pack by grasping the head portion of the abutment with a pair of forceps and insert the abutment into the fully healed well flushed implant.
3. Done properly, no one need touch sterile components directly.

℞ CAUTION: USA Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

The Bicon Dental Implant System

Warranty and Limitations

The success of all dental implants is highly susceptible to surgical technique which must be meticulously performed. Careful patient selection and final restorative prostheses appropriate to individual patient needs and remaining anatomy are essential. Selection of individual or multiple implants of appropriate size and configuration for the existing anatomy is also crucial if success is to be achieved.

For the above reasons, Bicon strongly recommends that all dentists attend one or more endosseous dental implant courses or symposia covering the use of the Bicon dental implant system before attempting to incorporate implants into their dental practices. **Bicon implants are manufactured from surgical grade titanium alloy (Ti6Al4V) are supplied grit blasted (Integra-Ti™) and hydroxylapatite coated (Integra-CP™) are considered by biomaterial researchers to be highly biocompatible in numerous animal and human studies which have been conducted over a period of many years. However, as with all implants, Bicon cannot guarantee success for a particular patient. Long-term success of implants in the bone is always a possibility. Some implants may have some minor chips present in the HA when received. These surface imperfections are not thought to affect the overall success of the HA implant. Furthermore, while many authorities claim that HA is non-resorbable, the material has not been used for a long enough period of time to establish the validity of this claim. Bicon implants and titanium abutments are exceptionally resistant to bending and fracture. It is not possible, however, to guarantee against excessive bending of implants or abutment connections or the occurrence of an eventual traumatic injury or excessive occlusal loads.**

For the foregoing reasons, except as specifically stated herein, Bicon makes no warranties extending beyond the representations of quality contained in its sales contract or the description contained in any literature. This warranty is in lieu of and excludes all other warranties, expressed or implied including merchantability and fitness for a particular purpose. Bicon sells and warrants its devices only to licensed dental practitioners and who purchase implants and abutments for purposes of their use and resale as part of their services which they perform for patients. **Bicon makes no written warranty to any consumer, patient or end user and authorizes no person to make any such written warranty on its behalf.**

The remedies of any buyer from Bicon (and its liabilities) are limited solely and exclusively to replacement or repair of a defective Bicon implant or abutment when that product has been demonstrated to Bicon authorities within six (6) months of delivery to the buyer to have been defective at the time of shipment and is returned to Bicon for inspection, replacement, or repair. Bicon is not liable to any person for any incidental, consequential or other damages of any kind whatsoever, whether or not otherwise potential claim is based upon Bicon's breach of warranty.

ES ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO

Información General

Descripción
El implante dental Bicon está fabricado en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V). Muchos investigadores han comprobado que este material es biocompatible. La configuración de la superficie ha sido proyectada a un cuidadoso diseño y no debe modificarse. Los implantes se suministran arenados (Integra-Ti™) y con recubrimiento de hidroxilapatita (Integra-CP™).

Acciones
Los implantes Bicon pueden utilizarse en la mandíbula o en el maxilar. Se ofrecen en diferentes tamaños para colocar en las cavidades creadas en el hueso cicatrizado o en los lugares donde se ha realizado una extracción. Para obtener información sobre el procedimiento quirúrgico, consulte al manual de procedimiento o vea el vídeo sobre la técnica Bicon.

Indicaciones
El implante Bicon está diseñado para ser utilizado en sitios edéntulos en la mandíbula o maxilar como apoyo para prótesis dentales completas, pilares permanentes o intermedios para puentes fijos o dentaduras parciales o para la sustitución de un solo diente.

Contraindicaciones
Los implantes Bicon no deben utilizarse en pacientes con enfermedades contraindicadas como discrasias sanguíneas, diabetes no controladas, hipertensión/bruxismo, bruxismo, infecciones orales o malignidades. Los implantes Bicon Short Body no deben utilizarse en pacientes con afecciones contraindicadas, como infarto de miocardio dentro del último año o insuficiente hueso circundante para permitir el uso de un implante del tamaño adecuado. Los implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm y de 3,5 x 8,0mm no son indicados para reposición de dientes unitarios unidos o no en la región de molares. Los implantes no deben colocarse si la anchura y altura del hueso alveolar no es suficiente para cubrirlos a su alrededor.

Precauciones
Deben utilizarse radiografías panorámicas para determinar si hay suficiente hueso presente en el lugar propuesto para el implante y para localizar características anatómicas críticas establecidas, como conductos mandibulares, agujeros mentonianos, seno maxilar y dientes adyacentes. También son necesarios la palpación e inspección visual directa del lugar elegido para el implante para determinar la anatomía del hueso disponible. Es fundamental una evaluación clínica completa y la motivación adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Reacciones Adversas
Pueden tener lugar las siguientes complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico aunque no se ha comprobado que sean causadas por el implante: dehiscencia, retardo en la cicatrización, parestesia, edema, hematoma, infección, inflamación y reacción alergénica generalizada. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente, si procede. Puede encontrar un resumen de la seguridad y el rendimiento clínico en Eudamed a través del sitio web europeo (https://ec.europa.eu/) o en https://www.bicon.com/safety.

Advertencia
La cirugía de implantación es un procedimiento complejo y altamente especializado y requiere formación especial en las técnicas de implantología oral establecidas. Se recomienda enfáticamente a los odontólogos realizar cursos y seminarios sobre implantes antes de intentar cirugía. No use estructuras óseas para el tejido en sitios o situaciones distintas a las indicadas puede producir la pérdida del implante y una pérdida sustancial de hueso adyacente. Los implantes Bicon se deben utilizar solo con las fresas quirúrgicas óseas especiales suministradas por Bicon o usando instrumentos quirúrgicos Bicon. Los implantes Bicon se deben utilizar solo con componentes para cualquiera de las siguientes condiciones: pérdida ósea alrededor del implante, cambios en la respuesta del implante a la percusión o cambios radiográficos en el contacto entre el hueso y el implante a lo largo de este último. Si los implantes muestran movilidad o una pérdida ósea mayor al 50%, deben evaluarse para determinar si se les necesita extracción. Los implantes de 3,0mm de diámetro están diseñados para ser utilizados con pilares rectos solamente.

Tapones de Inserción y Cicatrización
Los tapones de inserción y cicatrización Bicon están fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).

Pilares Temporales
Los pilares temporales Bicon están fabricados en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V) y se utilizan como tapas transmucosas. El pilar temporal puede modificarse para desarrollar un surco gingival de la forma deseada.

Presentación
Los implantes y pilares dentales Bicon son suministrados en un paquete estéril. Si el paquete está dañado y un implante llega a contaminarse, debe desecharse. El material no es peligroso y puede eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades regionales y locales. Los implantes Bicon son dispositivos de uso único y deben ser insertados inmediatamente después de abrir el paquete estéril hay que abrir el paquete estéril. Los implantes y pilares son proporcionados estéril a través de radiación gamma y no deben ser utilizados en diferentes pacientes para prevenir rechazo, infección o transmisión de enfermedad.

Procedimientos de Manipulación Estéril
1. El auxiliar retira el envase de tyvek estéril de la lámina de cartón y lo abre con cuidado, dejando que el envase individual caiga libremente sobre un campo estéril para el uso del cirujano.
2. El dentista toma el componente del implante a través del sobre, recorta un extremo del envase individual con un par de tijeras y retira el componente del sobre de la siguiente manera:
   Implante: Sujete el tapón de inserción y cicatrización usando un par de guantes o un par de pinzas e introduzca el implante en la osteotomía preparada según las instrucciones quirúrgicas de Bicon.
   Pilar: Retire el pilar del envase individual sujetando la parte de la cabeza con un par de pinzas e introduzca el pilar en el implante bien preparado y totalmente irrigado.
3. Si se procede correctamente, no es necesario que nadie toque los componentes estériles directamente.

El Sistema de Implante Dental Bicon

Garantía y Limitaciones

El éxito de todos los implantes dentales depende en gran medida de la técnica quirúrgica, la cual debe realizarse con suma precisión. Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y de las prótesis de restauración finales, las cuales deben ser adecuadas a las necesidades de cada paciente y del resto de la anatomía. La selección de un implante o de implantes individuales de varios tamaños y configuración adecuados para la anatomía existente también es fundamental para el éxito del procedimiento.

Por las razones anteriores, Bicon recomienda enfáticamente a todos los odontólogos asistir a uno o más cursos o simposios sobre la implantación dental endoósea y el uso del sistema de implantación dental Bicon antes de realizar su primera implantación. **Debido a que Bicon no debería y no puede controlar factores relacionados con los servicios prestados por el paciente, la técnica quirúrgica y las técnicas de restauración, su responsabilidad se limita a la sustitución del producto por fallos o otras reacciones o exposiciones adversas. Bicon no será responsable por gastos profesionales o de otro tipo que puedan surgir del uso de un implante Bicon.** Los implantes Bicon están fabricados en aleación de titanio de grado quirúrgico (Ti6Al4V), se suministran arenados (Integra-Ti™) y con recubrimiento de hidroxilapatita (Integra-CP™). Son considerados altamente biocompatibles por los investigadores, según numerosos estudios en animales y humanos que se han llevado a cabo durante muchos años. No obstante, al igual que con todos los implantes, los recubrimientos de este tipo, siempre existe la posibilidad de que salte una pequeña porción de la superficie al insertar el implante en el hueso. Algunos implantes pueden tener muescas pequeñas en el recubrimiento de HA al recibirlos. Se considera que estas imperfecciones superficiales no inciden en el funcionamiento general del implante. Asimismo, si bien muchas autoridades sostienen que los recubrimientos de HA no son reabsorbibles, el material no se ha utilizado durante un período de tiempo suficiente para establecer la validez de esta afirmación. **Los implantes y pilares de titanio Bicon son excepcionalmente resistentes al doblado y a la fractura. No obstante, no es posible garantizar que no se doblarán o fracturarán en el caso de lesiones traumáticas o cargas oclusivas excesivas.**

Por las razones anteriores, salvo lo expuesto aquí específicamente, Bicon no ofrece ninguna garantía más allá del contenido de la garantía de calidad expresa en el contrato de venta o en la factura. Esta garantía reemplaza y excluye toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad y aptitud para un propósito específico. Bicon vende sus productos y los garantiza a los compradores que sean odontólogos autorizados y que compren implantes y pilares para su uso y reventa como parte de los servicios que ofrecen a sus pacientes. **Bicon no otorga ninguna garantía por escrito a ningún consumidor, paciente ni usuario final y no autoriza a ninguna persona a otorgarla en su nombre.**

Los recursos con los que cuenta cualquier comprador de un implante o pilar Bicon y sus obligaciones) se limitan única y exclusivamente a la sustitución o reparación de un implante o pilar Bicon defectuoso cuando se compruebe a las autoridades de Bicon dentro de los seis (6) meses de entregado que se encontraba defectuoso en el momento de su envío y siempre que se devuelva a Bicon para su inspección, sustitución o reparación. Bicon no es responsable ante ninguna persona por ningún daño incidental, consecuente o de otro tipo, ya sea que la reclamación sea de índole contractual, extracontractual o por negligencia.

IT ITALIANO ISTRUZIONI PER L'USO

Informazione Generale

Descrizione
L'impianto dentale Bicon è costituito da una lega di titanio (Ti6Al4V). La ricerca più avanzata ha dimostrato per este material biocompatibile. La configurazione della superficie è progettata attentamente e non deve essere modificata. Os implantes são fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™).

Azioni
È possibile utilizzare gli impianti Bicon nel mandibolare e nel mascellare. Sono disponibili, in varie misure, ed in grado di essere utilizzati negli alveoli o in estrazioni recenti. Per informazioni sull'intervento chirurgico, consultate il manuale operativo o il video sulle tecniche Bicon.

Indicazioni
L'impianto Bicon è progettato per edentula nel mandibolare, come supporto per protesi dentale completa nel mascellare, come sostegno terminale o intermedio per ponti fissi, per protesi parziali ed in sostituzione di un dente naturale.

Controindicazioni
Os implantes Bicon não devem ser usados em pacientes com doenças que os contra-indiquem tais como discrasias sanguíneas, diabetes não controladas, hipertensão/bruxismo, bruxismo, infecções orais ou malignidades. Os implantes Bicon Short Body não devem ser usados em pacientes com quadros de contra-indicação tais como infarto do miocárdio há menos de um ano ou osso adjacente insuficiente para permitir o uso de um implante de tamanho adequado. Os implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm e 3,5 x 8,0mm não são indicados para reposição de um dente unitário unido ou não na região de molares. Os implantes não devem ser colocados se a altura ou a largura do alveolo ósseo não forem suficientes para cubri-los a seu alrededor.

Precauções
É necessário realizar previamente radiografias panorâmicas para determinar a presença de osso adequado no local indicado para o implante assim como para se localizar aspectos anatómicos críticos tais como canais mandibulares, foramens mentonianos, seios maxilares e dentes adjacentes. Também são necessários a palpação e inspecção visual directa do local sugerido para o implante para determinar a anatomia del hueso disponible. É fundamental una evaluación clínica completa y la motivación adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Reacciones Adversas
Las siguientes complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico aunque no se ha comprobado que sean causadas por el implante: dehiscencia, retardo en la cicatrización, parestesia, edema, hematoma, infección, inflamación y reacción alergénica generalizada. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente, si procede. Puede encontrar un resumen de la seguridad y el rendimiento clínico en Eudamed a través del sitio web europeo (https://ec.europa.eu/) o en https://www.bicon.com/safety.

Advertencia
La cirugía de implantación es un procedimiento complejo y altamente especializado y requiere formación especial en las técnicas de implantología oral establecidas. Se recomienda enfáticamente a los odontólogos realizar cursos y seminari relativi all'impianto prima di intraprendere la chirurgia. Un impianto inadeguato può provocare il danneggiamento dell'impianto e la perdita sostanziale dell'osso circostante. Non usare gli impianti Bicon in punti o situazioni diverse da quelle specificamente indicate. Se lo si fa, si può provocare il fallimento dell'impianto con la concomitante distruzione osso portante. Gli impianti Bicon devono essere utilizzati solo con componenti per uno qualsiasi delle seguenti condizioni: perdita ossea peri-impianto, modifiche nella risposta dell'impianto alla percussione, oppure modifiche radiografiche nel contatto fra l'osso e l'impianto lungo la lunghezza dello stesso. Gli impianti non devono mostrare mobilità o perdita ossea maggiore del 50%, è necessario valutare la possibile rimozione dell'impianto. Gli impianti di diametro 3,0mm sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente con i monconi dritti.

Tappi di Guarigione
I tappi di guarigione Bicon sono costituiti da polietilene ad elevata densità.

Testine di Transizione
Le testine di transizione Bicon sono costituite da una lega in titanio di grado chirurgico (Ti6Al4V) e vengono usati come tappi transmucosi. È possibile modificare le testine al fine di sviluppare un solco gengivale della forma desiderata.

Confezionamento
Gli impianti dentali ed i monconi Bicon sono confezionati sterili. Se la confezione risulta rovinata e l'impianto viene contaminato, deve essere scartato. Il materiale non e' pericoloso e puo' essere smaltito in accordo con le disposizioni delle autorita' locali. Gli impianti Bicon sono dispositivi monouso e devono inserisi immediatamente dopo aver aperto la confezione sterile. Gli impianti e i monconi sono forniti sterili attraverso radiazioni gamma e non devono essere utilizzati in pazienti diversi per prevenire rigetti, infezioni o trasmissioni di malattie.

Procedure Sterili di Manipolazione
1. L'assistente rimuove dal cartoncino esterno il blister di confezionamento dell'impianto; dopo aver rimosso il fondo in Tyvek, lascia cadere senza contaminarla la bustina di protezione contenente l'impianto ed il tappo di guarigione su un campo sterile.
2. Il chirurgo afferra l'impianto tramite il tappo di guarigione estraendolo dalla confezione precedentemente tagliata.
3. Il chirurgo, senza toccare l'impianto, lo inserisce nell'alveolo afferrandolo per il tappo di guarigione (tutti gli impianti sono forniti con il tappo di guarigione inserito).
4. Se la procedura è stata eseguita correttamente, la stabilità sarà garantita.

Sistema Implantare Bicon

Garanzia e Limitazioni

Il successo di tutti gli impianti dentali è strettamente legato alle tecniche chirurgiche impiegate, che devono essere eseguite meticolosamente. La selezione attenta dei pazienti, le protesi di ricostruzione finale adeguate alle necessità individuali dei pazienti e l'anatomia restante sono essenziali. La selezione di uno o più impianti della dimensione e della configurazione adeguate per l'anatomia esistente è importante per ottenere il successo.

Per questi motivi, Bicon consiglia caldamente a tutti i dentisti di frequentare uno o più corsi sugli impianti dentali, o simposi che trattino l'utilizzo della sistematica implantare Bicon prima di cercare di inserire impianti nella loro attività. **Poiché Bicon non deve e non può controllare i fattori che ricadono nell'ambito dei servizi forniti dal dentista, compresi la selezione del paziente, la tecnica chirurgica e le tecniche di ricostruzione, Bicon non si assume alcuna responsabilità, salvo la sostituzione del prodotto difettoso, qualunque sia l'effetto o altre reazioni o conseguenze sfavorevoli da o verso qualunque acquirente, dentista o paziente, causati dall'uso di un impianto Bicon.** Gli impianti Bicon vengono prodotti in lega di titanio di qualità chirurgica (Ti6Al4V) e forniti microsabbiati (Integra-Ti™) e rivestiti di idrossilapatite (Integra-CP™) e sono considerati altamente biocompatibili da ricercatori in numerosi studi su animali ed esseri umani, condotti per molti anni. Tuttavia, come con tutti i rivestimenti, è sempre presente la possibilità che le superfici si danneggino in conseguenza dell'inserimento dell'impianto nell'osso. È da ritenersi che queste imperfezioni superficiali non influiscano sul funzionamento generale dell'impianto. Gli impianti presentes no revestimento de HA ao recebimento. Essas imperfeições da superfície não devem interferir com o funcionamento global do implante HA. Além disso, embora muitas autoridades afirmem que HA não é reabsorvível, o material ainda não foi usado durante um prazo de tempo suficiente para estabelecer a validade dessa afirmação. **Os implantes e abutments de titânio Bicon são excepcionalmente resistentes à flexão e quebra. Não é possível, entretanto, garantir a flexão ou a quebra de um implante ou conexões do implante ou a ocorrência de um eventual trauma ou excesso de aplicação de cargas oclusais.**

Pelas razões anteriormente mencionadas, exceto especificamente declarado aqui, a Bicon não fornece garantias além da representação sobre a qualidade contida no contrato de venda ou descrição contida em qualquer fatura. Essa garantia substitui e exclui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo a comercialização ou garantia de uma finalidade específica. A Bicon vende e garante aos cirurgiões que são profissionais de odontologia licenciados e que adquirem os implantes e abutments para fins de usá-los e revendê-los como parte dos serviços realizados aos seus pacientes. **A Bicon não oferece qualquer garantia por escrito a qualquer cliente, paciente ou usuário final e não autoriza quem quer que seja a emitir tal garantia por escrito em seu nome.**

As reparações a qualquer cliente fornecidas pela Bicon (e suas responsabilidades) estão limitadas apenas e exclusivamente à substituição ou reparo de um implante ou abutment Bicon defeituoso quando o produto for apresentado aos responsáveis da Bicon no prazo de seis (6) meses após a entrega ao cliente como sendo defeituoso no momento da remessa e é enviado de volta à Bicon para exame, substituição ou conserto. A Bicon não se responsabiliza perante qualquer indivíduo pela ocorrência de qualquer danos acidentais, consequentes ou de qualquer outra natureza, caso alguma reivindicação ou potencial reivindicação seja baseada em suposições do contrato, negligência ou dano.

Observe
Conservar em temperatura ambiente, em local seco e inodoro.

PT PORTUGUÊS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Informação Geral

Descrição
O implante dental Bicon é produzido com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V). Vários pesquisadores demonstraram ser este material biocompatível. A configuração da superfície foi cuidadosamente projetada e não deve ser modificada. Os implantes são fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™).

Ações
Os implantes Bicon podem ser usados na mandíbula ou na maxila. Há vários tamanhos disponíveis para se ajustarem em alvéolos criados em osso que sofreu cicatrização ou em locais recém-extraídos. Para maiores informações sobre o procedimento cirúrgico, consulte o manual de procedimentos ou assista a um vídeo sobre a técnica Bicon.

Indicações
O implante Bicon é concebido para o uso em locais edentados na mandíbula ou maxila para o suporte de uma prótese dentária completa, um abutment definitivo ou intermediário para ponte fixa ou para próteses dentárias parciais, ou como substituição de um dente unitário.

Contra-indicações
Os implantes Bicon não devem ser usados em pacientes com doenças que os contra-indiquem tais como discrasias sanguíneas, diabetes não controladas, hipertensão/bruxismo, bruxismo, infecções orais ou malignidades. Os implantes Bicon Short Body não devem ser usados em pacientes com quadros de contra-indicação tais como infarto do miocárdio há menos de um ano ou osso adjacente insuficiente para permitir o uso de um implante de tamanho adequado. Os implantes de 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm e 3,5 x 8,0mm não são indicados para reposição de um dente unitário unido splintado ou não na região de molares. Os implantes não devem ser inseridos caso a altura e a largura do osso alveolar não forem suficientes para cobri-los ao seu redor.

Precauções
Deve-se realizar radiografias panorâmicas para determinar a presença de osso adequado no local indicado para o implante assim como para se localizar aspectos anatômicos críticos tais como canais mandibulares, forames mentonianos, seios maxilares e dentes adjacentes. Também são necessários a palpação e inspecção visual directa do lugar sugerido para o implante para determinar a anatomia do osso disponível. É fundamental uma avaliação clínica completa e a motivação adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Reações Adversas
As seguintes complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico podem ocorrer mas não se demonstraram serem decorrentes do implante em si: deiscência, retardo de cicatrização, parestesia, edema, hematoma, infecção, inflamação e reação alergênica generalizada. Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser informado ao fabricante e a autoridade competente do Estado Membro no qual o usuário e/ou paciente está estabelecido, se for o caso. Um sumário de segurança e resultados clínicos poderá ser encontrado no Eudamed através do site Europeu (https://ec.europa.eu/) ou no https://www.bicon.com/safety.

Advertência
A cirurgia de implante é um procedimento altamente especializado e complexo. É necessário treinamento especial em técnicas de implantologia oral estabelecidas. Recomenda-se vivamente a participação em cursos e seminários sobre implantes antes de se tentar a realização de cirurgia. Técnicas inadequadas podem resultar no insucesso do implante com destruição concomitante do osso de suporte. Os implantes Bicon destinam-se a ser usados apenas em locais para osso especialmente projetadas e fornecidas pela Bicon. Ao usar implantes Bicon, os brocas de osso especiais fornecidas pela Bicon ou instrumentos cirúrgicos Bicon devem ser utilizados. Os implantes Bicon devem ser utilizados com componentes para qualquer uma das seguintes situações: ao redor do implante, alterações na resposta do paciente à percussão ou alterações radiográficas nas áreas de contacto entre o osso e o implante. Os implantes Utilizer e Integra-Lock não devem ser utilizados em locais com perda óssea superior a 50 %, o implante deve ser avaliado para uma possível remoção. Os implantes com diâmetro de 3,0mm são projetados para serem utilizados somente com abutments retos.

Plug de Inserção e Cicatrização
Os plugs de inserção e cicatrização Bicon são produzidos com polietileno de alta densidade (PEAD).

Abutments Temporários
Os abutments temporários Bicon são produzidos com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V) e usados como uma cápsula transmucoso. O abutment temporário pode ser modificado para produzir um sulco gengival da forma desejada.

Apresentação
Os implantes e abutments Bicon são providos em embalagem estéril. Se a embalagem estiver violada e um implante for contaminado, ele deve ser descartado. O material não é perigoso e pode ser descartado de acordo com os requisitos das autoridades regionais e locais. Os implantes Bicon são dispositivos de uso único e devem ser inseridos imediatamente após a abertura de seu pacote estéril. Implantes e abutments são providos estéreis através de radiação gama e não devem ser utilizados em pacientes diferentes, prevenindo assim rejeição, infecção ou transmissão de doenças.

Procedimentos Estéreis de Manuseio
1. O assistente deve retirar a embalagem tipo blister de tyvek estéril de dentro do invólucro de papelão e abrir cuidadosamente a embalagem tipo blister de tyvek, deixando o pacote interno cair livremente sobre uma bandeja esterilizada. Não contenha o pacote interno.
2. O dentista para paramentadores deve segurar o componente do implante pelo envelope, cortar uma extremidade do pacote interno com um par de tesouras e remover o componente de dentro do envelope da seguinte forma:
   Implante: Segure o plug de inserção cicatrização e com os dedos enluvados ou pinça e insira o implante dentro na osteotomia preparada de acordo com as instruções cirúrgicas da Bicon.
   Abutment: Retire o abutment da embalagem interna segurando a parte superior do abutment com a pinça e insira o abutment na cavidade conectora lavada do implante integrado.
3. Se for realizado adequadamente, não é necessário tocar diretamente nos componentes esterilizados.

Sistema Bicon de Implantes

Garantia e Limitações

O sucesso de todos os implantes dentários é baseado em grande parte à técnica cirúrgica que deve ser realizada de forma meticulosa. A escolha cuidadosa do paciente e as próteses restauradoras finais adequadas às necessidades individuais do paciente e à anatomia restante são essenciais. A escolha de implantes individuais ou múltiplos de tamanho e configuração apropriados para a anatomia existente também é fundamental para o sucesso.

Pelas razões mencionadas acima, a Bicon recomenda enfaticamente que todos os dentistas participem de um ou mais cursos ou simpósios sobre implantes dentários endósseos que abordem o uso do sistema de implante dentário Bicon, antes de tentar utilizar implantes em sua prática. **Porque a Bicon não deve e não pode controlar os fatores dentro do escopo de serviços realizados por um profissional de odontologia, incluindo a seleção do paciente, a técnica cirúrgica e as técnicas restauradoras, a Bicon não assume qualquer responsabilidade, além da substituição do produto, devido a falhas ou outras reações ou resultados adversos da exposição a, ou de, qualquer comprador, dentista ou paciente, causados pelo uso de um implante Bicon.** Os implantes Bicon são produzidos com liga cirúrgica de titânio (Ti6Al4V) e fornecidos jateados (Integra-Ti™) e revestidos com hidroxiapatita (Integra-CP™), sendo considerados por pesquisadores de materiais biológicos como altamente biocompatíveis em numerosos estudos em animais e em pessoas, conduzidos por muitos anos. Todavia, como com todos os implantes, sempre presente la possibilidad che le superfici si danneggino in conseguenza dell'inserimento dell'impianto nell'osso. È da inserção do implante no osso. É de considerar que estas imperfeições superficiais não influenciam o funcionamento geral do implante. Os implantes recebidos com revestimento de HA podem ter algumas lascas presentes no revestimento de HA ao recebimento. Essas imperfeições da superfície não devem interferir com o funcionamento global do implante HA. Além disso, embora muitas autoridades afirmem que a HA não é reabsorvível, o material ainda não foi usado durante um prazo de tempo suficiente para estabelecer a validade dessa afirmação. **Os implantes e abutments de titânio Bicon são excepcionalmente resistentes à flexão e quebra. Não é possível, entretanto, garantir a flexão ou a quebra de um implante ou conexões do implante ou a ocorrência de um eventual trauma ou excesso de aplicação de cargas oclusais.**

Pelas razões anteriormente mencionadas, exceto especificamente declarado aqui, a Bicon não fornece garantias além da representação sobre a qualidade contida no contrato de venda ou descrição contida em qualquer fatura. Essa garantia substitui e exclui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo a comercialização ou garantia de uma finalidade específica. A Bicon vende e garante aos cirurgiões que são profissionais de odontologia licenciados e que adquirem os implantes e abutments para fins de usá-los e revendê-los como parte dos serviços realizados aos seus pacientes. **A Bicon não oferece qualquer garantia por escrito a qualquer cliente, paciente ou usuário final e não autoriza quem quer que seja a emitir tal garantia por escrito em seu nome.**

As reparações a qualquer cliente fornecidas pela Bicon (e suas responsabilidades) estão limitadas apenas e exclusivamente à substituição ou reparo de um implante ou abutment Bicon defeituoso quando o produto for apresentado aos responsáveis da Bicon no prazo de seis (6) meses após a entrega ao cliente como sendo defeituoso no momento da remessa e é enviado de volta à Bicon para exame, substituição ou conserto. A Bicon não se responsabiliza perante qualquer indivíduo pela ocorrência de qualquer danos acidentais, consequentes ou de qualquer outra natureza, caso alguma reivindicação ou potencial reivindicação seja baseada em suposições do contrato, negligência ou dano.

Observe
Conservar em temperatura ambiente, em local seco e inodoro.

DE DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

Allgemeine Informationen

Beschreibung
Das Bicon Zahnimplantat wird aus einer chirurgischen Titanlegierung (Ti6Al4V) hergestellt. Es handelt sich hierbei um ein biokompatibles Material, was in zahlreichen Studien bewiesen wurde. Die Oberflächenkonfiguration wurde sorgfältig konzipiert und sollte nicht verändert werden. Die Implantate werden folgendermassen geliefert: sandgestrahlt (Integra-Ti™) und mit Hydroxylapatit beschichtet (Integra-CP™).

Verwendung
Bicon Implantate können im Unter- oder Oberkiefer verwendet werden. Verschiedene Größen sind erhältlich, die in ein vorbereitetes Implantatbett oder in frische Zahnextraktionsalveolen passen. Informationen zu chirurgischen Verfahren sind in dem klinischen Handbuch oder in einem Bicon Technik-Video verfügbar.

Indikationen
Das Bicon Implantat ist bestimmt zur Aufnahme Stellen im Unter- oder Oberkiefer zur Unterstützung einer vollständigen Zahnprothese, als endgültiger oder provisorischer Aufbau für feierte Zahnbrücken, für Teilprothesen oder als Ersatz für einen einzelnen Zahn bestimmt.

Kontraindikationen
Bicon Implantate sollten nicht bei Patienten mit kontraindizierten Erkrankungen wie Blutdyskrase, unkontrollierter Diabetes, Hypertonie/Bruxismus, krankhaften Zahnbewegungen, oralen Infektionen oder malignen Krebsgeschwülsten verwendet werden. Ebenso sind Bicon Implantate kontraindiziert bei Patienten mit entsprechenden Allgemeinerkrankungen, wie zum Beispiel einem Myokardinfarkt innerhalb des letzten Jahres oder ungenügendem Knochenangebot, das nicht die Verwendung eines Implantats von entsprechender Größe ermöglicht. Die 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm und 3,5 x 8,0mm Implantate sind nicht für Einzelkronen oder Brückenglieder im Molarbereich geeignet. Implantate sollten nicht eingesetzt werden, wenn der Alveolarknochen nicht ausreichend breit und hoch ist, um die Implantate zu umgeben.

Vorsichtsmaßnahmen
Es sollten Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven angefertigt werden, um festzustellen, ob an der vorg

NL

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

Algemene Informatie

Beschrijving
Het Bicon tandheelkundig implantaat is vervaardigd uit een titaniumlegering van chirurgische kwaliteit (Ti6Al4V). Vele oxideerders hebben aangetoond dat dit materiaal biocompatibel is. De oppervlakte configuratie werd zorgvuldig ontworpen en mag niet gewijzigd worden. De implantaten worden onder verschillende oppervlaktevormen aangeboden, hetzij gezandstraald (Integra-Ti™), hetzij met een hydroxyl-apatiet coating (Integra-CP™).

Gebruik
Bicon implantaten kunnen in de bovenkaak of in de onderkaak geplaatst worden. Er zijn verschillende afmetingen beschikbaar zodat ze in een voorbereid implantaatbedding kunnen ingebracht worden, hetzij in geheel bot, hetzij in een verse extractie-alveole. Meer inlichtingen over het chirurgisch proceDé worden toegevoegd in de chirurgische handleiding van Bicon of in één van de technische video's van Bicon.

Indicaties
Het Bicon implantaat is ontworpen ter gebruik in edentate zones in de onderkaak of in de bovenkaak hetzij ter ondersteuning van een volledige tandprothese, hetzij ter ondersteuning van een definitief of tijdelijk abutment voor vast bruggewerk of voor partieel bruggewerk, hetzij ter ondersteuning van een solitaire tandkroon.

Contraindicaties
Bicon implantaten mogen niet gebruikt worden bij patiënten bij wie een medische contraindicatie aanwezig is zoals een bloeddyscrasie, ongecontroleerde diabetes, hyperthyroïde, brusziekte, actieve infecties of maligne aandoeningen. Ook mogen Bicon implantaten niet gebruikt worden bij patiënten met een algemene aandoening zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt myocardiaal infarct gedurende het afgelopen jaar of een tekort aan beendelig steunweefsel, welke niet toelaat dat een implantaat geplaatst kan worden van een geschikte afmetingen. De 3,0 x 6,0mm, 3,0 x 8,0mm en 3,5 x 8,0mm implantaten zijn niet geïndiceerd voor tandervanging in de molaren regio als een enkele eenheid. Implantaten mogen niet geplaatst worden als het alveolen bot onvoldoende hoog of onvoldoende breed is om het implantaat volledig te omgeven.

Voorzorgsmaatregelen
Panoramische radiografieën moeten aantonen of er voldoende bot aanwezig is op de gewenste implantaat-site en om kritische anatomische structuren te localiseren zoals het mandibulair kanaal, het foramen mentale, de sinus maxillaris en buurelementen. De voorzienige contrast om een correct beoordeelde anatomie van het weefsel en middels visuele inspectieen manuele palpatie om de anatomie van het beschikbare bot op die plaats te kunnen inschatten. Een grondige klinische evaluatie is noodzakelijk. Om het succes van de ingreep te verzekeren is bovendien een voldoende motivatie van de patiënt essentieel.

Nevenwerkingen
Na een chirurgische ingreep kunnen volgende complicaties optreden, waaraan niet werd aangetoond dat deze door het implantaat zelf veroorzaakt werden : wounddehiscentie, overgroei van fibreus weefsel, oedeem, hematoom, infectie, ontsteking en veralgemeende allergische reactie. Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het implantaat moet gerapporteerd worden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de locatie; staat/ land waarin de gebruiker en/ of patiënt is gevestigd, indien van toepassing. Een samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties is te vinden op Eudamed via de Europese website (https://ec.europa.eu/) of op https://www.bicon.com/patients/.

Waarschuwing
Implantaatchirurgie is een hoog-gespecialiseerde en complexe procedure. Speciale scholing is noodzakelijk en gevestigde technieken met betrekking tot orale implantologie. Het bijwonen van implantaat cursussen en seminaries is ten stellingste aanbevolen alvorens dergelijke chirurgie wordt aangevat. Ongeziste technieken kunnen aanleiding geven tot falings van implantaten en/ of complicaties van het omliggende weefsel. Bicon implantaten enkel gebruikt worden in de specifieke indicaties die hoger werden beschreven. Zonder kan dit leiden tot verlies van het implantaat en tot verlies van het beendelig steunweefsel. Bicon implantaten mogen enkel geplaatst worden met de speciaal daarter vervaardigde bot-boren die door Bicon geleverd worden. De implantaten met een diameter van 3.0mm zijn ontworpen om uitsluitend te gebruiken met rechte abutments.

Bicon Tandimplantaat-Systemen

Garantievoorwaarden

Het succes van een tandimplantaat is sterk afhankelijk van de chirurgische techniek, die uiterst nauwkeurig moet uitgevoerd worden. Het is essentieel om de patiënt die voor implantaten in aanmerking komt, zorgvuldig te selecteren en het is even essentieel om een definitieve restauratieve prothese te vervaardigen die in overeenstemming is met de behoeften van de patiënt en die voldoende mondhygiëne kan verzekeren en bevorderen. Van een crucial belang voor het welslagen is de juiste selectie van individuele of multiple implantaten met een lengte en configuratie aangepast aan de bestaande anatomie.

Om deze redenen, beveelt Bicon ten stelligste aan dat alle tandartsen één of meerdere cursussen of symposia volgen inzake endosseale implantologie met betrekking tot het gebruik van het Bicon tandimplantaatsysteem, alvorens Bicon implantaten in de tandartspraktijk in te voeren.

Omdat Bicon een aantal factoren met betrekking tot de dienstlevering van de tandarts-practicus, zoals bijvoorbeeld patiëntenselectie, chirurgische techniek of restauratieve techniek, niet moet controleren naar ook niet kan controleren, wijzt Bicon iedere verantwoordelijkheid af, behoudens de verwijzing van een product, voor falingen of andere ongewenste reacties of resultaten die de koper, de tandarts of de patiënt tegenkomt voortspruitend uit of ingevolge van het gebruik van een Bicon implantaat.

Bicon implantaten worden vervaardigd uit een titaniumlegering (Ti6Al4V) van chirurgische kwaliteit en zijn gezandstraald en worden aangeboden zonder coating (Integra-Ti™), met een hydroxylapatiet-coating (Integra-CP™); in tal van studies, die werden uitgevoerd over een periode van vele jaren bij dieren en mensen, werden de als hoog biocompatibel bevonden materialen gebruikt voor Bicon implantaten, zoals dit het geval is met al degelijke coatings, bestaat altijd de mogelijkheid van splintering van het implantaatoppervlakte wanneer het implantaat in het bot wordt ingebracht. Enkele implantaten kunnen bij levering enkele kleine krasjes vertonen in de hydroxylapatiet-coating. Dergelijke oppervlakte imperfecties worden niet geacht de volledige functie van het HA gecoate implantaat te kunnen aantasten. Voor een optimale werking en de mening zijn toegedaan dat HA coatings niet resorbeerbaar zijn, is het material nog niet lang genoeg in gebruik om de validiteit van deze uitspraak te staven. **Bicon implantaten en titanium abutments zijn uitzonderlijk resistent aan buiging en breuken. Het is echter onmogelijk te garanderen dat fractuur of buiging van een implantaat of van een abutment niet kan of niet zal optreden ingeval een traumatisch letsel of een excessieve occlusale belasting.**

Om voorgaande redenen, en met uitzondering van de indicaties die specifiek zijn opgenomen in het huidige document, biedt Bicon geen enkele garantie verenderlinend dan de verklaringen in deze garantieverklaring of verdergaand als die beschrijving opgenomen in het Bicon catalogus. De huidige garantieverklaring vervangt en sluit iedere andere garantie uit, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Bicon herroept en weerlegt elke aan koper als de status hebben van erkend tandarts en die implantaten en abutments aankopen voor het doel waartoe deze producten geeigend zijn en deze verder verkopen als onderdeel van de diensten die zij leveren aan hun patiënten. **Bicon stelt géén enkele schriftelijke garantie op ten aanzien van enige consequenteel, patiënt of eindgebruiker en machtigt niemand om dergelijke schriftelijke garanties te maken namens Bicon.**

Het verhaal van de koper uitgeoefend op Bicon in zijn aansprakelijkheid beperkt zich tenslotte op de vervanging of het herstel van een defect Bicon implantaat of een defect Bicon abutment, onder voorbehoud dat - binnen een periode van zes (6) maanden na levering aan de koper - aangetoond werd, tot tevredenheid van de autoriteiten van Bicon, dat het product defecten vertoonde op het moment van de verzending, en dat het teruggestuurd wordt naar Bicon voor inspectie, vervanging of herstel. Bicon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid jegens iedere persoon voor enige incidentele, consecutieve of andere schade van welke aard ook, noch het bevaar of de kosten van een beweer of dit op gebaseerd is op contractuele theorieën, op nalatigheid of op een onrechtmatige daad.

PL

POLSKA INSTRUKCJA UŻYCIA

Informacje ogólne

Opis
Implant dentystyczny firmy Bicon jest wykonany ze stopu tytanowego o czystości chirurgicznej (Ti6Al4V). Wiele badaczy wykazało biokompatybilność tego materiału. Konfiguracja powierzchni została dokładnie zaprojektowana i nie powinna być zmieniana. Implantaty są dostarczane w wersji z powierzchnią piaskowaną (Integra-Ti™) lub powlekaną hydroksyapatytem (Integra-CP™).

Zastosowanie
Implanty Bicon mogą być wszczepiane w żuchwie lub szczęce górnej. Dostępne są różne rozmiary pasujące do utworzonych zabodołów w zaopatrzonych kościach lub w miejscach bezpośrednio po ekstrakcji zęba. W celu uzyskania informacji o procedurze operacyjnej należy zapoznać się z instrukcją procedury lub odpowiedzi film o technice Bicon.

Wskazania
Implant Bicon jest przeznaczony do użycia w miejscach braku zębów w żuchwie lub szczęce górnej jako podstawa protezy dentystycznej, ostatecznego lub tymczasowego łącznika dla stałego mostka lub częściowych protez takich jak szupelnienie pojedynczego zęba.

Przeciwwskazania
Implanty Bicon nie powinny być stosowane u pacjentów z chorobami stanowiącymi przeciwwskazanie do stosowania, takimi jak dyskrazja, nieleczona cukrzyca, nadczynność tarczycy, bruzelozm, zakażenie jamy ustnej lub nowotwory. Ponadto implanty Bicon nie powinny być stosowane u pacjentów z chorobami stanowiącymi przeciwwskazanie do stosowania, takimi jak zawał mięśnia sercowego przebyty w ciągu ostatniego roku lub z niewystarczającą ilością kości szczękowej, aby umożliwić użycie implantu o odpowiedniej średnicy i długości. Implanty 3,0 x 6,0 mm, 3,0 x 8,0 mm i 3,5 x 8,0 mm są przeznaczone do użycia jako szupełnienie pojedynczych zębów w regionie zębów trzonowych (niezależnie czy z pojedynczą, czy mol). Implanty nie powinny być wszczepiane w przypadku niewystarczającej szerokości i wysokości kości zębodołowych, aby otoczyć implanty.

Środki Ostrożności
Należy wykonywać panoramiczne zdjęcia rentgenowskie do określenia, czy odpowiednia ilość kości jest obecna w miejscu planowanego implantu, a także do zlokalizowania ostatnich ważnych struktur anatomicznych, takich jak kanały żuchwy, otwory bródkowe, zatoki szczękowe i sąsiednie zęby. Badanie palpacyjne i bezpośrednie kontrole wzrokowe planowanego miejsca implantacji są także niezbędne do określenia anatomii znajdującej kości. Konieczna jest dokładna ocena klinicznа. Aby procedura mogła zakończyć się sukcesem, konieczna jest odpowiednia motywacja pacjenta.

Reakcje Niepożądane
Mogą wystąpić następujące powikłania związane z procedurą chirurgiczną, jednak nie wykazano ich związku z samym implantem: rozejście, opóźnione gojenie, nadmierny wzrost tkanki włóknistej, krwiak, krwiak, zakażenie, stan zapalny i uogólniona reakcja uczuleniowa. Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z produktem, należy zgłosić producentowi i (w stosownych przypadkach, właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę. Podsumowanie danych ze zbiorcze bezpieczeństwa i szczegółowa klinicznego mozna znaleźć w Eudamed na europejskiej witrynie (http://ec.europa.eu/) lub na https://www.bicon.com/safety/.

Ostrzeżenia
Wszczepienie implantu jest wysoce specjalistyczną i skomplikowaną procedurą. Wymagane jest odbycie specjalnego szkolenia oraz znajomość zasad ustalonych metod stosowanych w implantologii ustnej. Zdecydowanie zaleca się udział w kursach i seminariach poświęconych danej tematyce przed podjęciem próby operacji. Nieprawidłowe metody mogą prowadzić do niepowodzenia implantacji lub powikłań w otaczających tkankach. Implanty Bicon należy stosować wyłącznie w przypadkach opisanych powyżej. Niezastosowanie się do tego może prowadzić do utraty implantu i jednoczesnej utraty kości wokół implantu, zmiany w odpowiedzi implantu na ostukiwanie lub zmiany w obrazie radiologicznym kontaktu kości z implantem wokół jego długości. Jeśli takie implanty wykazują ruchomość lub przekraczają 50% utratę kości należy zostać implant pod kątem ewentualnego urunięcia. Implant o średnicy 3,0 mm jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z prostymi łącznikami.

Kości Zamykające
Gojące kości zamykające Bicon są wykonane z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Tymczasowe Łączniki
Tymczasowe łączniki Bicon są wykonane ze stopu tytanowego o czystości chirurgicznej (Ti6Al4V) i wykorzystywane jako przeziuzłowa nasada. Tymczasowy łącznik może być zmodyfikowany w celu wykształcenia brzuchy dzięsłowej o żądanym kształcie.

Opakowanie
Implanty i łączniki Bicon są dostarczane w sterylnym opakowaniu. Jeśli opakowanie jest uszkodzone i implant jest skażony, należy wyrzucić. Produkt nie jest implantowany i można go użyć/sprzedać ponownie, należy wtedy regionalnych i lokalnych. Implanty Bicon są przeznaczone do jednorazowego zastosowania i należy je wszczepiać natychmiast po usunięciu ich z opakowania. **Implanty i łączniki są dostarczane w sterylnym opakowaniu w pomocą promieniowania gamma i nie mogą być stosowane w przypadku gdy opakowanie ochronne zostało uszkodzone lub przeterminowana chronb.**

Procedury Sterylnej Obsługi
1. Aysstem wyjmuje sterylne opakowanie blistrowe Tyvek z kartonowego folderu i ostrożnie otwiera opakowanie blistrowe Tyvek umożliwiając swobodne wypełnienie wewnętrznego opakowania na sterylną tacę. Nie wolno dopuścić do skażenia wewnętrznego opakowania.
2. Dentsyna chwyta sopornem instrumentu, przecina nożyczkami jeden koniec wewnętrznego opakowania i wyjmuje element z kopertywe następującej sposób:

Implant: chwyć gojący korek zamykający palcami mając nałożone rękawiczki lub kleszczykami i umieść implant w przygotowanej osteotomii zgodnie z instrukcją operacyjną firmy Bicon.

Łącznik: Chwyć gojący korek zamykający palcami mając nałożone rękawiczki lub kleszczykami i umieścił w przygotowanej osteotomii zgodnie z instrukcją operacyjną firmy Bicon.

3. Jeśli wykonano to prawidłowo, nie będzie potrzeby bezpośredniego dotykania przez kogokolwiek elementów sterylnych.

PRZESTROGA: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż niniejszego przyrządu wyłącznie przez dyplomowanych dentystów lub na ich zlecenie.

System Implantologiczny Bicon

Gwarancja i ograniczenia gwarancji

Pomyślne wszczepienie wszystkich implantów dentystycznych w dużej mierze zależy od metody operacyjnej, która musi być przeprowadzona niezwykle dokładnie. Ważne jest dokładne i koncepcyjne zrozumienie szpełnienia, odpowiednie do indywidualnych potrzeb pacjenta i budowy pozostałych zębów mają podstawowe znaczenie. Ponadto wybór odpowiedniego implantu o odpowiedniej wielkości i konfiguracji dla istniejącej budowy również ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pomyślnego wyniku.

Z powyższych powodów firma Bicon zdecydowanie zaleca, aby przed wzięciem do swojej praktyki implantów dentystycznych wszyscy dentyści zapoznali się z odpowiednimi kursami lub sympozjami na temat implantologii firmowym systemem protetycznym Bicon. **Ponieważ firma Bicon nie powinna i nie może kontrolować czynników pozostających w zakresie usług wykonywanych przez lekarzy dentystów, w tym doboru pacjentów, metod chirurgicznych i szupełnień, firma Bicon, oprócz wymiany produktu, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepowodzeń lub innych reakcji lub wyników, z którymi spotka się lekarz dentystów lub pacjentów wykorzystujących z lub poprzez użycie implantów Bicon.** Implanty Bicon wykonane są ze stopu tytanu o czystości chirurgicznej (Ti6Al4V) i są dostępne w wersji z powierzchnią piaskowaną (Integra-Ti™) lub powlekaną hydroksyapatytem (Integra-CP™); z badań przeprowadzonych przez wiele lat liczonych badań na zwierzętach i u ludzi zostały uznane przez badaczy za materiały biologicznie o wysokiej biokompatybilne. Jednakże, tak jak we wszystkich tego typu zabiegach, zawsze istnieje możliwość wyszczerbienia powierzchni, wynikającą z wprowadzenia implantu do kości. Niektóre implanty mogą wykazywać drobne zarysowania powłoki hydroksyapatytowej (HA) w czasie ich otrzymania. Takie niedoskonałości powierzchni nie powinny wpływać na ogólne działanie implantu z powłoką HA. Ponadto, chociaż stele wiadomo, że powłoka HA jest nieresorbowalna, materiał ten nie był używany przez wystarczający długi okres czasu, aby można było potwierdzić zasadność tej deklaracji. **Implanty Bicon i tytanowe łączniki są wyjątkowo odporne na zginanie i złamanie, jednak nie jest możliwe zagwarantowanie, że nie może nastąpić nie lub złamanie lub zgięcie implantu lub łącznika w przypadku urazu fizycznego lub nadmiernego obciążenia okluzyjnego.**

W związku z powyższym, z wyjątkiem jak dokładnie podano w niniejszym dokumencie, firma Bicon nie udziela żadnych gwarancji wykraczających poza oświadczenie podane w niniejszej gwarancji lub poza opis podany na fakturze. Niniejsza gwarancja zastępuje i wyklucza wszelkie inne gwarancje, zarówno dorozumiane, w tym gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Firma Bicon sprzedaje i udziela gwarancji nabywcom, którzy są lekarzami dentystami z pozwoleniem na wykonywanie zawodu i którzy kupują implanty i łączniki w celu ich wykorzystania i odsprzedaży w ramach swoich usług, które wykonują dla pacjentów. **Firma Bicon nie udziela pisemnych gwarancji klientom, pacjentom ani użytkownikom końcowym oraz nie upoważnia nikogo do udzielania takiej pisemnej gwarancji w jej imieniu.**

Zadośćuczynienie dla każdego nabywcy kupującego od firmy Bicon (lub jej zobowiązanej jest ograniczone tylko i wyłącznie do wymiany lub naprawy wadliwego implantu lub łącznika firmy Bicon, przy czym decyzja podjęta przez firmy Bicon w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty dostawy do nabywcy, że został on uszkodzony w czasie transportu i został zwrócony do firmy Bicon w celu kontroli, wymiany lub naprawy. Firma Bicon zastrzega sobie prawo do zwrócenia wadliwego produktu do wcześniej dostawcy przypadkowe, wynikowe lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie czy roszczenie lub potencjalne roszczenie opiera się na koncepcji umowy, zaniedbania lub czynu niedozwolonego.

TR

TÜRKÇE KULLANMA TALİMATI

Genel Bilgi

Tanım
Bicon dental implantı cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) yapılmıştır. Birçok araştırmacı tarafından bu materyalin biyouyumlu olduğu gösterilmiştir. Yüzey konfigürasyonu dikkatle tasarlanmıştır ve modifiye edilmemesi gerekir. Implantlar kumlanmış (Integra-Ti™) ve hidroksiapatit (Integra-CP™) ile kaplanmış olarak sağlanır.

Eylemler
Bicon implantları mandibula veya maksillada kullanılabilir. İyileştirilmiş kemikte oluşturulmuş soketler veya yeni ekstraksiyon bölgeleri içine sokulabilir şekilde çeşitli büyüklükler sağlanmaktadır. Cerrahi işlem bilgisi için işlem el kitabına başvurun veya bir Bicon teknik videosu izleyin.

Wskazania
Bicon implant mandibula veya maksillada dişsiz bölgelerde bir takma diş protezini desteklemesi için, sabit köprü veya kısmi takma dişler için bir son veya ara abutment olarak veya tek bir dişin yerini almak üzere kullanılmak için tasarlanmıştır.

Kontrendikasyonlar
Bicon implantları kan dikrasiklerinden, kontrol altında olmayan diyabet, hipertiroidi, bruzlozun, cerrahi sonrası malignansiler gibi kontrendike hastalıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır.Bicon implantları ayrıca geçirilmiş yıl içinde miyokardiyal enfarktüsü geçirme gibi genel bir durumu olan veya gerekli uygun büyüklükte bir implantın kullanılmasına izin vermeyinol yeterli kemiği olmayan hastalarda kullanılmamalıdır. 3,0 x 6,0, 3,0 x 8,0, ve 3,5 x 8,0 implantları, molar bölgede tek bir ünite olarak diş değiştirmek için önerilmez. Implantlar, alveoler kemiğin implantı tamamen çevrelemesine yeterli alveoler kemik genişliği ve yüksekliği yoksa implantın kullanılmamalıdır.

Önlemler
Önerilen implant bölgesinde yeterli kemiğin olup olmadığını belirlemek ve ayrıca mandibüler kanallar, mental foramen, maksiller sinüsler ve komşu dişler gibi kritik anatomik yapıları lokalize etmek için panoramik radyografi kullanılmalıdır. Ayrıca mevcut kemiğin anatomisini belirlemek üzere prospektif implant bölgesinin palpasyonu ve görsel olarak incelenmesi gerekmektedir. Tam bir klinik değerlendirme şarttır. İşlemin başarılı olması istenıyorsa uygun hasta motivasyonu şarttır.

Advers Reaksiyonlar
Cerrahi işlemi takip eden aşağıdaki komplikasyonlar oluşabilir ama implantın kendisi nedeniyle oluştukları gösterilmemiştir: dehisans, gecikmiş iyileşme, parestezi, ödem, hematom, enfeksiyon, enflamasyon ve genel alerjik reaksiyon. Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve varsa, kullanıcının ve / veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir. Güvenlik ve klinik performansın bir özeti, Eudamed aracılığıyla bulunabilir Avrupa web sitesinde (https://ec.europa.eu/) veya https://www.bicon.com/safety/ adresinde.

Uyarı
Implant cerrahisi yüksek ölçüde uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir işlemdir. Oral implantolojinin yerleşmiş tekniklerı konusunda özel eğitim gerekilidir. Cerrahiye kalkışılmadan önce implant kursları ve seminerleri kuvvetle önerilir. Uygun olmayan teknikler implantların başarısızlığına ve / veya çevredeki dokuda komplikasyonlara neden olabilir. Bicon implantları spesifik olarak belirtilenler dışındaki bölgelerde veya durumlarda kullanılmamalıdır. Aksi halde destekleyici kemik kaybının yanı sıra implant kaybına da yol açabilir. Bicon implantları, implantın çevresindeki kemiğin sadece Bicon tarafından sağlanan özel tasarlanmış kemik matkaplarıyla kullanılması amaçlanmıştır. Bicon implantları sadece düz abutmentlerle kullanılmalıdır. 3.0 çapındaki implantlar sadece tek parçalı protezler için tasarlanmıştır. Implantlar, implantın çevresinde kemik kaybı, implantın perforasyon tehlikesinde değişiklikler veya implant uzunluğu boyunca kemik-implant temasında değişiklikleri gösteren radyografik değişiklikler için sürekli olarak izlenmelidir. 3,0 mm çapındaki implantlar sadece düz abutmentlerle kullanılmalıdır.

İyileştirici Tıkaç Özellikleri
Bicon iyileştirici tıkaçı doğrudan yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) yapılmıştır.

Geçici Abutmentler
Bicon geçici abutmentleri cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) yapılmıştır ve bir transmukozal kapak olarak kullanılır. Geçici abutment istenen şekilde bir gingival sulkus geliştirmek üzere modifiye edilebilir.

Sağlanma Şekli
Bicon dental implantları ve abutmentleri steril bir şekilde sağlanır. Paket hasarlıysa ve bir implant kontamine haline gelmiş olabilirse, iade edilmelidir. Materyal tekrar işlenebilir ve yeniden sterilize edilebilir veya olarak imha edilebilir. Bicon implantları tek kullanımlık cihazlardır ve steril paket açıldıktan sonra hemen yerleştirmek için tasarlanmıştır. **İmplantlar ve abutmentler gamma radyasyonu ile steril olarak sağlanır ve hasarlıysa veya geçmiş bitiş tarihi geçmişse kullanılmamalıdır.**

Steril Muamele İşlemleri
1. Asistan steril Tyvek folder paketin i karton klasörden çıkarır ve Tyvek blister paketini dikkatle açıp iç paketin steril tepsiye serbestçe düşmesini sağlar, iç paketi kontamine etmeyin.
2. Diş hekimi implant işlemini gerçekleştirir.
3. Aşağıdaki gibi implant veya abutment iç paketten bir ucunu makasla keser ve bileşeni parçayı tutarak çıkarır:

İmplant: İyileştirici tıkaç doğrudan eldiveni parmaklar veya forseps tutun ve implantı Bicon un cerrahi talimatına göre hazırlanmış osteotomiye yerleştirin.

Abutment: Abutment baş kısmını forseps tutarak abutmenti iç paketten çıkarın ve abutmenti tam iyileşmiş ve uygun ölçüdeki implant üzerine yerleştirin.

3. Uygun şekilde yapılmışsa kimsenin steril bileşenlere doğrudan dokunması gerekmez.

DİKKAT: ABD Federal kanunlarına göre bu cihaz sadece lisanslı bir diş hekimi tarafından veya emriyle satılabilir.

Bicon Dental Implant Sistemi

Garanti ve Sınırlamalar

Tüm dental implantasyon başarısı, büyük ölçüde ittnayla yapılması gereken cerrahi teknişe yüksek ölçüde bağlıdır. Hastanın dikkatle seçilmesi ve her hastanın gereksinimlerine ve mevcut olan anatomisine uygun son restoratif protezler kullanılması şarttır. Başarı bekleniyorsa mevcut anatomi için uygun büyüklükte ve konfigürasyonda tekil veya çoklu implantların seçilmesi de önemlidir.

Yukarıdaki nedenlerle Bicon tüm diş hekimlerinin dental uygulamalarına implantları katmaya kalkışmadan önce Bicon dental implant sisteminin kullanımıyla ilgili bir veya birkaç endoosseöz dental implant kursu veya sempozyumuna katılmasını kuvvetle önerir. **Bicon, hasta seçimi, cerrahi teknik ve restoratif tekniküler dahil olmak üzere dental uygulamalarının hizmetlerine ilişkin faktörleri kontrol edemediğinden ve etmemesi gerektiğinden bir Bicon implantı kullanımı nedeniyle herhangi bir hasta veya diş hekimi veya diğer kişilerin veya hasta acısından başarısızlık veya hasta olumsuz reaksiyonlar nedeniyle ürünün değiştirilmesi dışında herhangi bir sorumluluk almaz. Bicon** implantları cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) üretilmiş olup kumlanmış (Integra-Ti™) ve hidroksiapatit kaplı (Integra-CP™) olarak sağlanmaktadır ve biyouyumlu olduğu gösterilmiş olan materyallerden yapılmıştır. Tüm yapılmış çok sayıda hayvan ve insan çalışmasında yüksek ölçüde biyouyumlu oldukları düşünülmüştür. Ancak bu tür tüm tedavilerde olduğu gibi implantın yerleştirilmesi sırasında implant yüzeyinde sonsuzca parça kopmuş yüzeyler meydana gelme mevcuttur. Bazı implantlarda alındıklarında HA (hidroksiapatit) içinde küçük çapraklar olabilir. Bu yüzey kusurlarının HA kaplı implantın genel işlevini etkilemediği düşünülmektedir. Bicon ayrıca yetkili HAnın rezorbe edilemediğini ddita ete de materyal bu iddanın doğruluğunu belileyecek kadar uzun bir süre kullanılmamıştır. **Bicon implantları ve titanyum abutmentleri aşırı eğilmeye ve kırılmaya karşı olağanüstü dirençlidir. Ancak implant veya abutmentte travmatik yaralanma veya aşırı okluzal yük nedeniyle kırılma veya bükülmenin meydana gelmeyeceğinin veya gerçekleşmeyeceğinin garantisi verilemez.**

Bu nedenlerle burada spesifik olarak belirtilenler dışında Bicon bu garantideki beyanların veya herhangi bir faturadaki tanımın ötesinde bir garanti vermez. Bu garanti münhasırdır ve satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere açık veya zımni tüm diğer garantilerin yerini alır. Bicon, hastalar için verilebilecek hizmetlerin bir parçası olarak kullanılmaları ve tekrar satmaları amaçlarıyla implantlar ve abutmentleri satın alan lisanslı dentaal uygulayıcılara satış yapar ve bu garantiyi verir. **Bicon herhangi bir tüketici, hasta veya son kullanıcıya yazılı bir garanti vermez ve hiç kimsenin kendi adına böyle bir yazılı garanti vermesi için yetki vermez.**

Herhangi bir satın alanın Bicon'dan özümleri (ve Bicon'un yükümlülükleri) sadece ve münhasır olarak orijinal satın alana iletilmesinden sonraki altı (6) ay içinde Bicon yetkililerine sevkiyat zamanında kusurlu olduğunun gösterilmesi ve Bicon'a incelenip, değerlendirme veya tamir için geri gönderilmesi durumunda kusurlu bir Bicon implantı veya abutmentinin değiştirilmesi veya tamiriyle sınırlıdır. Bicon hiç koşulsuz herhangi bir talep veya olası talep ister sözleşme, ihmal, haksız fiil veya sözleşme teorileri temelinde olsun herhangi bir arızi, sonuçsal veya başka hasar için sorumlu değildir.

JA

日本の 使用説明書

概説

製品について
パイコン 歯科用インプラントは、外科用グレードのチタン合金(Ti6Al4V)で作成されています。本材質は、多くの研究者によりて生体適合性があることがされてきました。表面形状は入念に設計されています。表面を修正しないでください。ハイドロキシアパタイトコーティング(Integra-CP™)で被覆されています。

Eylemler
Bicon implantları mandibula veya maksillada kullanılabilir. İyileştirilmiş kemikte oluşturulmuş soketler veya yeni ekstraksiyon bölgeleri içine sokulabilir şekilde çeşitli büyüklükler sağlanmaktadır. Cerrahi işlem bilgisi için işlem el kitabına başvurun veya bir Bicon teknik videosu izleyin.

Wskazania
Bicon implant mandibula veya maksillada dişsiz bölgelerde bir takma diş protezini desteklemesi için, sabit köprü veya kısmi takma dişler için bir son veya ara abutment olarak veya tek bir dişin yerini almak üzere kullanılmak için tasarlanmıştır.

Kontrendikasyonlar
Bicon implantları kan dikrasiklerinden, kontrol altında olmayan diyabet, hipertiroidi, bruzlozun, cerrahi sınıf titanyum alaşımından (Ti6Al4V) yapılmıştır ve bir transmukozal kapak olarak kullanılır. Geçici abutment istenen şekilde bir gingival sulkus geliştirmek üzere modifiye edilebilir.

Sağlanma Şekli
Bicon dental implantları ve abutmentleri steril bir şekilde sağlanır. Paket hasarlıysa ve bir implant kontamine haline gelmiş olabilirse, iade edilmelidir. Materyal tekrar işlenebilir ve yeniden sterilize edilebilir veya olarak imha edilebilir. Bicon implantları tek kullanımlık cihazlardır ve steril paket açıldıktan sonra hemen yerleştirmek için tasarlanmıştır. **İmplantlar ve abutmentler gamma radyasyonu ile steril olarak sağlanır ve hasarlıysa veya geçmiş bitiş tarihi geçmişse kullanılmamalıdır.**

Steril Muamele İşlemleri
1. Asistan steril Tyvek folder paketin i karton klasörden çıkarır ve Tyvek blister paketini dikkatle açıp iç paketin steril tepsiye serbestçe düşmesini sağlar, iç paketi kontamine etmeyin.
2. Diş hekimi implant işlemini gerçekleştirir.
3. Aşağıdaki gibi implant veya abutment iç paketten bir ucunu makasla keser ve bileşeni parçayı tutarak çıkarır:

İmplant: İyileştirici tıkaç doğrudan eldiveni parmaklar veya forseps tutun ve implantı Bicon un cerrahi talimatına göre hazırlanmış osteotomiye yerleştirin.

Abutment: Abutment baş kısmını forseps tutarak abutmenti iç paketten çıkarın ve abutmenti tam iyileşmiş ve uygun ölçüdeki implant üzerine yerleştirin.

3. Uygun şekilde yapılmışsa kimsenin steril bileşenlere doğrudan dokunması gerekmez.

DİKKAT: ABD Federal kanunlarına göre bu cihaz sadece lisanslı bir diş hekimi tarafından veya emriyle satılabilir.

KO

한국어 사용 설명

일반 정보

설명
Bicon 치과 임플란트는 외과용 티타늄 합금(Ti6Al4V)으로 제작됩니다. 이 소재는 많은 연구가들에 의해 생체 적합성이 입증되었습니다. 표면 구성은 정밀하게 설계되었으므로 변경되지 않아야 합니다. 본 임플란트는 크게 3 가지 표면으로 (Integra-Ti™) 처리된 수산화인회석(Integra-CP™) 제품입니다.

적용
Bicon 임플란트는 하악골이나 상악골에 삽입할 수 있습니다. 적응된 골 내에 임플란트 시술 후에 적합한 치수의 다양한 크기로 공급됩니다. 수술 절차 정보에 대해서는 시술 안내서를 참고하거나 Bicon 기법 비디오를 보십시오.

적응증
Bicon 임플란트는 전체 의치 보철, 고정 가공 의치나 부분 의치를 위한 또는 단일 치아 교체물로 사용하기 위해 하악골이나 상악골 내의 무치아 부위에서 사용하도록 고안되었습니다.

금기증
Bicon 임플란트는 혈액 질환, 조절되지 않는 당뇨병, 갑상선기능항진증, 이질기, 구강 감염 또는 암과 같은 금기 질환을 가진 환자에게 사용해서는 안 됩니다. 또한 Bicon 임플란트는 지난 1년 내에 심근 경색과 같은 금기 질환이 있었거나 적절한 골 치유를 허용하는 충분한 골 용량이 없는 환자에게 사용해서는 안 됩니다. 3.0 x 6.0mm, 3.0 x 8.0mm 및 3.5 x 8.0mm 임플란트는 구치 부위에 단일 치아 교체물로 식립하기 위한 것이 아닙니다. 임플란트는 치조골 내에 완전히 둘러싸일 수 있는 충분한 골 폭과 높이가 없는 경우 임플란트를 식립해서는 안 됩니다.

주의사항
파노라마 방사선 사진을 사용하여 하악관, 턱끝구멍, 상악동 및 인접 치아와 같은 확립된 중요 해부 조직적 특성이 있는지 그리고 식립 부위에 충분한 골이 있는지 확인해야 합니다. 임플란트 부위에 대한 촉진과 직접 육안 검사를 포함한 철저한 임상 평가가 필요합니다. 또한 부위의 골 용량을 평가하기 위해 방사선 사진을 사용하여 주변 해부학적 구조물을 확인해야 합니다. 수술이 성공적으로 이루어지려면 환자에게 적절히 동기를 부여하는 것이 중요합니다.

부작용
다음과 같은 외과 시술 관련 합병증이 발생할 수 있지만 임플란트 자체에 의해 유발되는 것으로 보이지는 않습니다: 열개, 지유 치연, 혈관이상, 혈종, 혈관, 감염, 염증 및 전신 알레르기 반응. 만약, 보철물과 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우에는 제조업체 및 사용자 및/또는 환자가 소속된 국가의 관할 소속된 국가의 관할 기관에 보고해야 합니다. 유럽연 합의 안전성 및 임상 성능 요약본은 Eudamed 웹사이트(https://ec.europa.eu/) 또는 https://www.bicon.com/safety를 통해 Eudamed에서 확인할 수 있습니다.

경고
임플란트 수술은 고도로 전문화된 복잡한 시술입니다. 구강 악식학의 확립된 기술에 대한 특별 훈련을 받아야 합니다. 수술을 하기 전에 임플란트 교육 과정 및 세미나를 적극 권장합니다. 부적절한 기술을 사용하면 임플