

Περιγραφή

To SynthoGraft είναι ένα συνθετικό, βιοσυμβατό και απορροφήσομε κεραμικό κοκκώδες, κατασκευασμένο από καθαρό φάση βίτα-τρικαλιο φωσφορικό ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), το οποίο χρησιμοποιείται ως μήτρα για την αύξηση του οστού στο γνάθο και τον κάτω γνάθο. To SynthoGraft είναι διαθέσιμο σε μεγέθη σωματιδίων 50-500μm και 500-1000μm σε φιάλες από 0.25gρ. έως 2.0gρ., με μικρότερα μεγέθη σωματιδίων για μικρότερες ελαττώματα και μεγαλύτερα μεγέθη σωματιδίων για μεγαλύτερες ελαττώματα. Οι οδοντίατροι χρησιμοποιούν το SynthoGraft για ασθενείς που θα επωφεληθούν από την αύξηση του οστού, όπως ασθενείς χωρίς δόντια ή με μερική έλλειψη δοντιών.

Προορισμός

Μήτρα για την αύξηση του οστού στο γνάθο και τον κάτω γνάθο.

Ενδείξεις Χρήσης

SynthoGraft έχει σχεδιαστεί για:

- τη νέμιση και/ή ανακατασκευή τραυματικών ή εκφυλιστικών ατελειών του πολλαπλών τοιχωμάτων οστού.
- την αύξηση του πάτων της φλεβοκομβική.
- την επαύξηση των αλβεολικών ραχιών.
- τη νέμιση των περιοδοντικών ή άλλων ατελειών του αλβεόλου και των οδοντική κοιλότητα και οστεοτομιών.
- τη διατήρηση του αλβεόλου για την προετοιμασία της τοποθέτησης του εμφυτεύματος.

Αντενδείξεις

To SynthoGraft δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ασθενείς με νεανική μορφή χρόνιας περιοδοντίτιδας, ανεξέλεγκτες συστηματικές αισθένειες, μολύνσεις, ενδοκρινοπαθείες, διαταραχές της συγκάσισης, ψυχολογικά και νευρολογικά προβλήματα ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου ο κλινικός πιστεύει ότι η χειρουργική επέμβαση ή η χρήση του SynthoGraft είναι ακατάλληλη.

Προειδοποιήσεις

- To SynthoGraft πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό με εμπειρία στις χειρουργικές τεχνικές που σχετίζονται με τα βιουλικά.
- To SynthoGraft είναι συσκευασμένο και αποστειρωμένο με χρήση γάμμα ακτινοβολίας και προορίζεται για μονή χρήση μόνο.
- Μην εφαρμόζετε το SynthoGraft στεγνός. Πρέπει να υγραίνεται με το αίμα του ασθενούς. Πολύ αίμα μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση των σωματιδίων.
- Να μην υγραίνεται το SynthoGraft με οποιοδήποτε υγρό εκτός από το αίμα του ασθενούς.
- Να μην επανάλ.-αποστειρώνετε το SynthoGraft.
- Απορρίψτε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο κοκκώδες SynthoGraft. Η επαναχρησιμοποίηση του SynthoGraft μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, μολύνσεων, φλέγμονών ή άλλων τραυμάτων.
- To SynthoGraft δεν προορίζεται για άμεσο φόρτωμα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το ελαττωματικό σημείο.
- Ασφαλής το SynthoGraft για την αποτροπή μετακίνησης των υλικών.
- Να μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί, ζημιωθεί ή έχει ληφθεί η ημερομηνία λήξης.
- Να μην απειλήσετε την παροχή αίματος στην περιοχή της Ελαττωματική τοποθεσία.
- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σχετικά με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο χρήστης και/ή ο ασθενής είναι εγκατεστημένος, εάν είναι εφαρμοστέο.

Προφυλάξεις

Υπό καμία συνθήκη δεν πρέπει το SynthoGraft να εφαρμόζεται σε ξηρή κατάσταση. Πρέπει να υγραίνεται με αίμα. Επίσης, το SynthoGraft δεν πρέπει να υγραίνεται με οποιαδήποτε λύση (π.χ. φυσιολογικό άλας, NaCl , ή αντιβιοτικά) πέρα από το δικό του αίμα του ασθενούς. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιρεσοφτική θεραπεία, όπως η χρήση βιασφροντών, πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν από τη χρήση της συσκευής. Οι ασθενείς πρέπει να λάβουν μια κάρτα εμφυτεύματος που επιτρέπει την αναγνώριση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της συσκευής, του αριθμού παρτίδας, του UDI, του μοντέλου, και του ονόματος, της διεύθυνσης και της ιστοσελίδας του κατασκευαστή.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Δεν είναι γνωστή η επίδραση της χρήσης του SynthoGraft με φαρμακευτικά πριόντα ή άλλα φάρμακα και μπορεί να αποτρέψει το SynthoGraft από το να εκτελεί τη λειτουργία του ή να προκαλέσει ανεπιθύμητη αντίδραση.

Υπολείποντα Κινδύνοι και Μη Επιθυμητές Επιπτώσεις

- Απόρριψη του μπόλιασμα υλικού ή αλλεργική αντίδραση
- Έλλειψη οσεοεγενήσεων
- Απώλεια αιμάτου
- Λοιμωξη
- Φλέγμονή, πρήξιμο ή πόνος στον τόπο τοποθέτησης
- Καθυστερημένη επούλωση

Προετοιμασία προϊόντος

Επιλέγετε το μέγεθος σωματιδίων SynthoGraft και την ποσότητα που καλύπτει καλύτερα την ελάττωμα. Αφαιρέστε το γυάλινο φιαλίδιο από τη στείριο συσκευασία. Αποδώστε την επιθυμητή ποσότητα σωματιδίων SynthoGraft σε ένα στείριο δοχείο. Υγράνετε τα σωματίδια με το αίμα του ασθενούς και ανακατέψτε τα μέχρι να έχουν μια σύσταση που μοιάζει με στόκο. Το αίμα μπορεί να αποσύρεται εύκολα από τον αντικύτιο βόθρου. Η ποσότητα του αιμάτος που απαιτείται θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του SynthoGraft που χρησιμοποιείται. Για τη διεύκλυνση της παράδοσης στο χειρουργικό σημείο, χρησιμοποιήστε συμβατικά όργανα, όπως σύριγγα, Κουρέτα, ανελκυστήρα περιστόστε, σπάτούλα ή άλλο συμβατικό όργανο. Η αναρρόφηση πρέπει να περιορίζεται στο περιφερειακό τμήμα της περιοχής. Για να μειώσετε τον κίνδυνο μετακίνησης σωματιδίων, το σημείο δεν πρέπει να υπερφορτωμένα. Η τοποθέτηση μιας απορρόφησής μεμβράνης κολλαγόνου συνιστάται μόνο για ανελκυστήρες πλευρικών κόλπων. Οι περιοδοντικοί κρημνοί πρέπει να συρράπτονται για να επιτευχθεί πρωτογενής σύγκλειση.

Μετά την κατάλληλη περίοδο επούλωση, συσήθως 3-6 μήνες, ένας ασθενής θα μπορούσε να λάβει ένα οδοντιατρικό εμφύτευμα. Ένα περιληφή της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης, μπορεί να βρεθεί στο Eudamed μέσω της ευρωπαϊκής ιστοσελίδας (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ή στη διεύθυνση <https://www.bicon.com/safety>.

Χειρουργικές Διαδικασίες

Η χειρουργική τοποθέτηση του SynthoGraft είναι ισοδύναμη με άλλες διαδικασίες χρησιμοποιώντας σωματιδιακές μεταμοσχεύσεις οστού. Χρησιμοποιούνται συμβατικές τεχνικές ανοιγμάτων και Κουρετάς για να διασφαλιστεί ότι το σημείο απολεπίστηκε πλήρως και ότι οι επιφάνειες των ριζών είναι καλά πεπλανημένες και λείες. Τοποθετήστε το προηγουμένων αναμειγμένο και με αίμα-υγραίνεται SynthoGraft στο χειρουργικό σημείο χρησιμοποιώντας σύριγγα, Κουρέτα, ανελκυστήρα περιστόστε, σπάτούλα ή άλλο συμβατικό όργανο. Η αναρρόφηση πρέπει να περιορίζεται στο περιφερειακό τμήμα της περιοχής. Για να μειώσετε τον κίνδυνο μετακίνησης σωματιδίων, το σημείο δεν πρέπει να υπερφορτωμένα. Η τοποθέτηση μιας απορρόφησής μεμβράνης κολλαγόνου συνιστάται μόνο για ανελκυστήρες πλευρικών κόλπων. Οι περιοδοντικοί κρημνοί πρέπει να συρράπτονται για να επιτευχθεί πρωτογενής σύγκλειση.

Αποθήκευση / Διάθεση

To SynthoGraft παρέχεται σε στείριο συσκευασία για αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C). Εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί και το εμφύτευμα έχει μολυνθεί, πρέπει να απορριφθεί. Το υλικό δεν είναι επικίνδυνο και μπορεί να διατίθεται σύμφωνα με τις περιφερειακές και τοπικές απαγγελίες της αρμόδιας αρχής.

	Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Υπεύθυνο πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου
	Ημερομηνία λήξης
	Αριθμός καταλόγου
	Κωδικός παρτίδας
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	Ιατροτεχνολογικό συσκευής
	Μόνο με ιατρική συνταγή
	Μην επαναποστειρώνετε
	Σύστημα μονού στείρου φράγμου με προστατευτική συσκευασία εσωτερικό
	Σύστημα μονού στείρου φράγμου με προστατευτική συσκευασία εξωτερικά
	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας
	Προσοχή
	Μην το επαναχρησιμοποιείτε
	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Θερμοκρασίες αποθήκευσης
	MR χρηματοκιβώτιο

R **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο Ομοσπονδιακός νόμος των ΗΠΑ περιορίζει αυτή τη συσκευή στην πώληση από ή κατόπιν εντολής ενός αδειούχου οδοντίατρου.



Bicon, LLC
501 Arborway
Boston, MA 02130
USA
tel: 617.524.4443
support@bicon.com



Bicon Europe, Ltd.
Unit 4 Ballycummin Village
Ballycummin, Limerick
Ireland
tel: +353 6130 3494
ireland@bicon.com



Bicon Marketing Limited
1 Abacus House Newlands Road
Corsham, Wiltshire SN13 0BH
United Kingdom
tel: +44 (0) 7917 171535
uk@bicon.com

Australian Sponsor
Emergo Australia
201 Sussex Street • Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia

