

### Beskrivelse

SynthoGraft er en syntetisk, biokompatibel og resorberbar granulat keramik lavet af renfaset beta-tricalciumfosfat ( $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ ), som bruges som en matrix til knogleforstærkning i maxillær og mandibulær knogle. SynthoGraft fås i partikelstørrelser på 50-500  $\mu\text{m}$  og 500-1000  $\mu\text{m}$  i hætteglas, der spænder fra 0,25 g til 2,0 g, med mindre partikelstørrelser til mindre defekter og større partikelstørrelser til større defekter. SynthoGraft bruges af tandlæger til patienter, der ville have gavn af knogleforstærkning, såsom patienter uden tænder eller delvist tandløse patienter.

### Tilsiget formål

Matrix til knogleforstærkning i maxillær og mandibulær knogle.

### Indikationer for brug

SynthoGraft er designet til:

- at udfylde og/eller rekonstruere traumatiske eller degenerative multi-væg knogledefekter.
- at forstærke sinusgulvet.
- at forstærke alveolære kamme.
- at udfylde parodontale eller andre alveolære knogledefekter og tandhuller samt osteotomier.
- at bevare alveolen til forberedelse af et implantatsite.

### Kontraindikationer

SynthoGraft bør ikke bruges til patienter med en juvenil form af kronisk parodontose, ukontrollerede systemiske sygdomme, infektioner, endokrinopatier, koagulationsdefekter, psykologiske og neurologiske problemer eller i andre tilfælde, hvor klinikeren mener, at kirurgi eller brugen af SynthoGraft er upassende.

### Advarsler

- SynthoGraft bør kun bruges af eller under opsyn af trænet personale med erfaring inden for de kirurgiske teknikker, der er forbundet med biomaterialer.
- SynthoGraft er pakket og steriliseret ved hjælp af gammastråling til engangsbrug.
- Påfør ikke SynthoGraft tørt. Det skal fugtes med patientens blod. For meget blod kan forårsage partikelmigration.
- Mæt ikke SynthoGraft med andet end patientens blod.
- Gensteriliser ikke SynthoGraft.
- Kassér eventuelt ubrugt SynthoGraft granulat. Genbrug af SynthoGraft kan forårsage bivirkninger, herunder, men ikke begrænset til, infektion, inflammation eller anden skade.
- SynthoGraft er ikke beregnet til øjeblikkelig belastning.
- Overfyld ikke defektstedet.
- Sørg for at sikre SynthoGraft for at forhindre materialemigration.
- Brug ikke produktet, hvis emballagen er blevet åbnet, beskadiget eller hvis udløbsdatoen er overskredet.
- Kompromitter ikke blodforsyningen til defektområdet.
- Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden, bør rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugerden og/eller patienten er etableret, om nødvendigt.

### Forholdsregler

Under ingen omstændigheder må SynthoGraft påføres i tør tilstand. Det skal fugtes med blod. På samme måde bør SynthoGraft ikke mødes med nogen anden opløsning (f.eks. fysiologisk salt, NaCl eller antibiotika) end patientens eget blod. Patienter, der gennemgår antiresorptiv behandling, såsom brug af bisfosfonater, bør konsultere deres læge, inden de bruger enheden. Patienter bør gives et implantatkort, der muliggør identifikation af enheden, herunder enhedens navn, parti nummer, UDI, model samt navn, adresse og hjemmeside for producenten.

### Bivirkninger

Effekten af at bruge SynthoGraft med farmaceutiske eller andre lægemidler er ukendt og kan forhindre SynthoGraft i at udføre sin funktion eller forårsage en bivirkning.

### Residuale risici og Uønskede virkninger

- Afvisning af podning materiale eller allergisk reaktion
- Manglende osseointegration
- Knogletab
- Infektion
- Inflammation, hævelse eller smerte på indsættelsesstedet
- Forsinket heling

### Produktforberedelse

Vælg SynthoGraft partikelstørrelse og mængde, der bedst udfylder defekten. Fjern glashætteglasset fra den sterile emballage. Dosér den ønskede mængde SynthoGraft-partikler i en steril skål. Fugt partiklerne med patientens blod og bland dem til en kittlignende konsistens. Blod kan nemt fås fra antecubitale furen. Mængden af blod, der er nødvendig, vil variere afhængigt af mængden af SynthoGraft, der bruges. Brug konventionelt udstyr som en sprøjte, curette, periosteal elevator eller spatel for at lette levering til operationsstedet.

### Præoperative procedurer

Tand- og lægepraktikere er ansvarlige for korrekt forberedelse, kirurgiske teknikker og postoperativ pleje, når de bruger SynthoGraft. En grundig medicinsk historie samt en klinisk og radiografisk undersøgelse bør gennemføres, før SynthoGraft bruges.

### Operationsprocedurer

Den kirurgiske placering af SynthoGraft svarer til andre procedurer med brug af partikulære knoglegraft. Konventionelle flap- og curettageteknikker bruges for at sikre, at stedet er fuldstændigt debrideret, og at rodoverfladerne er grundigt planlagt og udglattet. Placer den tidligere blandet og blodfugtede SynthoGraft-blanding i operationsstedet ved hjælp af en sprøjte, curette, periosteal elevator, spatel eller et andet konventionelt instrument. Sugning bør begrænses til periferien af stedet. For at reducere risikoen for partikelmigration bør stedet ikke overfyldes. Placering af en resorberbar kolagenmembran anbefales kun til laterale sinusløft. Mucoperistale flapper bør sys for at opnå primær lukning.

Efter den passende helingsperiode, typisk 3-6 måneder, kan en patient få et tandimplantat. En opsummering af sikkerhed og klinisk ydeevne kan findes på Eudamed via den europæiske hjemmeside (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) eller på <https://www.bicon.com/safety>.

### Opbevaring / Bortskaffelse

SynthoGraft leveres i en steril emballage, der kan opbevares ved stuetemperatur (15-25°C). Hvis emballagen er beskadiget, og implantatet bliver forurenset, skal det kasseres. Materiale er ikke farligt og kan bortskaffes i overensstemmelse med regionale og lokale myndighedskrav.

# SynthoGraft®

Pure Phase Beta-Tricalcium Phosphate

	Europæisk overensstemmelse
	Se brugsanvisningen
	Producent
	Fremstillingsdato
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Ansvarlig person i Storbritannien
	Udløbsdato
	Katalognummer
	Batchkode
	Unik produktidentifikation
	Medicinsk udstyr
	Kun på recept
	Må ikke resteriliseres
	Enkelt steril barrièresystem med beskyttende emballering indeni
	Enkelt steril barrièresystem med beskyttende emballering udenfor
	Steriliseret med stråling
	Forsiktig
	Må ikke genbruges
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Opbevaringstemperaturer
	Sikker til MR



**FORSIGTIG:** USA's føderale lov begrænser dette produkt til salg af eller på ordre fra en licenseret tandlæge.



**Bicon, LLC**  
501 Arborway  
Boston, MA 02130  
USA  
tel: 617.524.4443  
[support@bicon.com](mailto:support@bicon.com)



**Bicon Europe, Ltd.**  
Unit 4 Ballycummin Village  
Ballycummin, Limerick  
Ireland  
tel: +353 6130 3494  
[ireland@bicon.com](mailto:ireland@bicon.com)



**Bicon Marketing Limited**  
1 Abacus House Newlands Road  
Corsham, Wiltshire SN13 0BH  
United Kingdom  
tel: +44 (0) 7917 171535  
[uk@bicon.com](mailto:uk@bicon.com)

**Australian Sponsor**  
Emergo Australia  
201 Sussex Street • Darling Park, Tower II, Level 20  
Sydney, NSW 2000 Australia

