



A megoldás **fémmentes** CAD/CAM restaurációkhoz



Bicon, LLC
501 Arborway
Boston, MA 02130
USA
tel: 617.524.4443
support@bicon.com



Bicon Europe, Ltd.
Unit 4 Ballycummin Village
Ballycummin, Limerick
Ireland
tel: +353 6130 3494
ireland@bicon.com



Bicon Marketing Limited
1 Abacus House Newlands Road
Corsham, Wiltshire SN13 0BH
United Kingdom
uk@bicon.com

Subsidiaries*

Bicon Europe, Ltd.
Limerick, Ireland
ireland@bicon.com

Bicon Italia, Srl.
Cisterna di Latina, Italia
italy@bicon.com

*For complete address information of Bicon subsidiaries and other regional distributors, please visit www.bicon.com

Australian Sponsor

Emergo Australia
201 Sussex Street • Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australia



Leírás

A TRINIA® CAD/CAM korongok és blokkok üvegszál és gyanta többirányú átlapolásából állnak, több rétegben. A fogászati CAD/CAM rendszer segítségével marás TRINIA® a kívánt aléptímeny alakjára. A restaurációkat ezután ragasztó gyantacementtel rögzítik a fogszerkezethez és/vagy az implantátum felépítmények a fogatlantól szenvedő vagy részlegesen fogatlantól szenvedő páciensek számára.

Cél

A TRINIA® egy CAD/CAM géppel megmunkálható üvegszálás és gyantatermék, melyet megküzdések, szerkezetek, kivehető protézisek vagy keretek gyártására szántak.

Jelzések

A TRINIA® felhasználásra javasolt fogatlantól szenvedő vagy részlegesen fogatlantól szenvedő páciensek kezelésére megküzdések, szerkezetek, kivehető protézisek vagy keretek formájában.

Ellenjavallatok

A TRINIA® nem alkalmazható olyan pácienseknél, akiknek parafunkcionális szokások vannak, például bruxizmus.

Figyelmeztetések és Óvintézkedések

- A TRINIA® kész állapotban szállítják. Ezt az anyagot semmilyen körülmények között ne tüzeljék.
- A TRINIA® nem szabad őrölni vagy használni 150 °C (302 °F) feletti hőmérsékleten.
- Ne szennyezzék be a TRINIA®-t olajokkal vagy zsírokkal.
- Ne lépje túl a készülék mechanikai tűréseit. A TRINIA® flexiós szilárdsága >300 MPa, és a flexiós rugalmassági modulusa <20 GPa, és 2,0 mm-es okklúziós vastagságot igényel a rudakhoz. Ezeknek a paramétereknek a figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a TRINIA® elért eredményeket.
- Ha a páciensek ismeretlenek az összetevők közül bármelyikre allergiák, a TRINIA® restaurációkat nem szabad használni. A TRINIA® korongok és blokkok feldolgozása por képződését okozhatja, amely irritálhatja a bőrt és a szemet, vagy más egészségügyi problémákat okozhat. Lásd az anyagbiztonsági adatlapot (amely a www.bicon.com).
- Minden olyan komoly eseményt, ami a készülékkel kapcsolatban bekövetkezett, be kell jelenteni a gyártónak, és a felhasználó és/vagy páciens székhelye szerint illetékes hatóságnak, ha alkalmazható.

Maradék Kockázatok és Nemkívánatos Hatások

A maradék kockázatok és nemkívánatos hatások közé tartozik az anyag elutasítása vagy allergiás reakció az anyagra, vagy az anyag törése. A biztonság és klinikai teljesítmény összefoglalását megtalálhatja az Eudamed, az európai weboldalon (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) vagy a <https://www.bicon.com/safety> oldalon.

Előkészítés

A fog/fogak megfelelő előkészítése elengedhetetlen a megmunkált restauráció optimális szilárdságának, színének és megtartás érdekében. A TRINIA® nem oldódik vízben, és levegőhűtéssel megmunkálható a megmunkáló gép gyártója által megadott utasítások szerint. Ajánlott fűrőanyag: Nano-gyémánt

Hogyan Kézbessítve

A TRINIA® védőcsomagolásban kerül forgalomba, amelynek címkéje tartalmazza a méreteit és a termékkódot. A TRINIA® használatra kész állapotban kerül forgalomba. Távolítsa el a terméket a csomagolásából, és ellenőrizze mert chipecket, repedések vagy egyéb hibák.

Tárolás és Felhasználás

A TRINIA-t® úgy tervezték, hogy eredeti csomagolásában tárolható és szobahőmérsékleten használható legyen. Ne tárolja a terméket hőben vagy napfényben.

Ártalmatlanítás

Az anyag nem veszélyes, és a regionális és helyi hatóságok előírásainak megfelelően lehet elhelyezni.

Rx FIGYELEM: Az USA szövetségi törvény korlátozza ezt a készüléket az engedéllyel rendelkező fogorvos vagy fogászati szakember rendelésére történő értékesítésre.



A megoldás **fémmentes** CAD/CAM restaurációkhoz

Legenda

	Európai megfelelés		Lejárat dátum		Kizárólag receptre
	Olvasza el a használati útmutatót		Katalógusszám		Figyelem
	Gyártó		Tételkód		Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Gyártási dátum		Egyedi eszközazonosító		Napfénytől óvni
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		Orvostechnikai eszköz		MR χρηματοκιβώτιο
	Egyesült Királyság felelős személy				